



COPRESEL S.A. DE C.V.

Corporativo Proveedor de Equipos y Servicios para Laboratorio SA de CV



REPORTE DE SERVICIO No 0427

Cotización Factura Fecha 25/06/2025
Nombre IMSS HGRZ #1
Dirección
Estado Baja California " Tijuana
Tel. Ext.

Descripción del equipo

Equipo: Procesador de Tejidos
Modelo: STP122
Marca: MYR
No. de Serie: STP122 4045 2309

Tipo de servicio (marcar en el recuadro)

Preventivo ☒ Instalación ☐ Capacitación ☐
Correctivo ☐ Revisión ☐ Garantía ☒

Tipo de evento


Póliza de garantía:
No. de eventos:

Detalles/Observaciones del Servicio

Actividades Realizadas

Desarme General.
Limpieza General.
Limpieza y revisión de tarjetas electrónicas.
Revisión de sensores.
Limpieza de mecanismo.
Ajustes y lubricación de mecanismos.
Cambio de filtro.
Ajuste de banda.
Revisión de jarra de parafina.

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL



Pruebas de buen funcionamiento

B.G.1

Carlos Oswaldo Ramirez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99024980

Confirmación del Servicio

Servicio Técnico

Nombre y firma de conformidad

CONSERVACIÓN
COPRESEL S.A. DE C.V.

Corporativo Proveedor de Equipos y
Servicios para Laboratorio S.A. de C.V.

Calle Gabriel García Márquez 8-A1
Col. San Juan Cuautlancingo C.P. 72700
Puebla, Pue. México

Tel. (222) 179 65 72
www.copresel.com.mx
ventas@copresel.com.mx