



DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.

CLIENTE:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
	HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 1
DIRECCIÓN:	CALLE CANADA No. 16801
	COLONIA 3ERA ETAPA DE RÍO C.P. 22226
CIUDAD:	TIJUANA, B.C.
EQUIPO:	VENTILADOR
MARCA:	HAMILTON MEDICAL
MODELO:	C-2

ORDEN DE SERVICIO No.:	Nº 0862	FECHA	07/Nov/2025	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO		CONTRATO N°	050GYR003N16025-003	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X		00	
SERVICIO NÚMERO	X	2	3	4
SERIE N°:	12100			
INVENTARIO N°:				
LOCALIZACIÓN:				

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO REALIZADO:

☒ REVISIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA DE:

*ESTRUCTURA DEL EQUIPO, CABLE DE LÍNEA. *CONECTORES NEUMÁTICOS Y MAN-
GUERAS DE GASES. *ACCESORIOS (CARTUCHO, VASO DE SECRESIONES, FILTRO EXHA-
LATORIO, SENSOR DE FLUJO DE ALAMBRE CALIENTE. *SMART, CABLE ILV. *REJILLA DE
FAN. *ACCESORIOS PARA CAPNOGRAFÍA (SENSOR CAPNOSTAT, ADAPTADORES).
*ACCESORIOS PARA SATURACIÓN (MÓDULO DE SPO2, CABLE TRONCAL Y SENSORES).
*ACCESORIOS CATETERES (EXTENSIÓN PARA CATETER TRAQUEAL Y ESOFAGICO). *BA-
SE RODABLE

☒ DESARROLLO DE PRUEBA EST

PRUEBA DE FUGAS, DISTENSIBILIDAD Y CALIBRACIÓN DE CELDA DE O2).

☒ VERIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DE:

PRESIÓN DE ENTRADA DE GASES (AIRE Y O2 EN UN RANGO DE 20 A 80 PSI). *CELDA DE
OXÍGENO. *FUNCIONES DEL MÓDULO INTERFAZ DE USUARIO (UIM): TOUCHSCREEN,
*DEL DE MEMBRANA E INDICADORES. *PANEL FRONTAL DE INTERFACE (LEDS).
*LOS SENSORES DE FLUJO PROXIMALES (ALAMBRE CALIENTE Y ORIFICIO VARIABLE).
*LOS CATETERES (TRAQUEAL Y ESOFAGICO). *MODOS VENTILATORIOS. *FUNCIONA-
LIDAD DE SPO2. *DE AUTOFIO2. *DE CAPNOGRAFÍA. *DE VOLUMEN GARANTIZADO.
*DE IMV NASAL. *ALARMAS. *ACTIVACIÓN DEL COMPRESOR INTERNO (CUANDO LA
PRESIÓN ES MENOR A 20 PSI) Y ENTREGA DE FLUJO. *ACTIVACIÓN DE LA BATERÍA
INTERNA (FUNCIONAMIENTO DE 1 HR CON TOMA MURAL Y 30 MIN. CON COMPRESOR
ACTIVADO). *ACTIVACIÓN DE LA BATERÍA EXTERNA (FUNCIONAMIENTO DE 4 HRS
CON TOMA MURAL Y 2 HRS CON COMPRESOR ACTIVADO). *ACTIVACIÓN DEL NEBULI-
ZADOR (MODO ADULTO, TOMA MURAL DE AIRE Y 15 LPM DE FLUJO). *DEL SMART.
*DEL MICROSWITCH. *DE LA ALARMA SECUNDARIA. *DE LA RESISTENCIA. *DEL FAN
DE ENFRIAMIENTO.

☒ VERIFICACIÓN DE LOS PARAMETROS VENTILATORIOS MONITORIZADOS

*VOLUMEN INSPIRATORIO Y EXHALATORIO (+10%). *PRESIÓN INSPIRATORIA PICO
(+2CM H2O). *PRESIÓN POSITIVA AL FINAL DE LA EXHALACIÓN (+2CM H2O). *FRE-
CUENCIA RESPIRATORIA (+3% O +2RPM). *TIEMPO INSPIRATORIO (+0,035).
*FRACCIÓN INSPIRADA DE O2 (+3%) FIO2. *ETCO2 (+10%). *SPO2 (+3%)

☒ AJUSTE Y VERIFICACIÓN DE:

*TRANSDUCTORES DE PRESIÓN Y FLUJO (INSP, EXH, WYE FLOW, ENTRADA
AIRE, ENTRADA O2, GAS MEZCLADO). *ESOFÁGICO, AUXILIAR Y FLUJO PRO-
XIMAL. *CO2. *PRESIÓN BAROMÉTRICA. *CARACTERIZACIÓN DE LA VÁLVU-
LA DE CONTROL DE FLUJO Y EXHALACIÓN. *BLENDER. *TOUCHSCREEN.

*HISTÉRESIS. *PRUEBA DE COMPRESOR.

APLICACIÓN DE KIT DE MANTENIMIENTO UNA VEZ AL AÑO QUE

INCLUYE: 1 FILTRO DE ENTRADA Y 1 FILTRO DE SALIDA PARA EL COMPRE-
SOR. 1 FILTRO DE VENTILACIÓN. 1 FILTRO PARA TRAMPA DE AGUA DE ENTRA-
DA DE AIRE. 1 DIAFRAGMA DE EXHALACIÓN. 1 FILTRO DE ENTRADA DE OXI-
GENO. 1 FILTRO DE ENTRADA DE AIRE.

*LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA. * REALIZAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELEC-
TRICA. *RUTINA DE MANTENIMIENTO PARA HUMIDIFICADOR REVISIÓN E

INSPECCIÓN VISUAL DE ESTRUCTURA FÍSICA, CONTACTOS ELÉCTRICOS Y
CONECTORES. *LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA. *VERIFICACIÓN Y PRUEBAS

DE HERMITICIDAD DE LA CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN, ESTADO FÍSICO DEL
EMPAQUE. * DEL EQUIPO, TEST INGENIERIL. *DE ALARMAS VISUALES

*DE ALARMAS VISUALES. *DEL SENSOR DE TEMPERATURA (SI APLICA).

*DEL CALENTADOR DE TUBO (SI APLICA) SOLO PARA CALENTADORES RE-
USABLES. *PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL Y PRUEBAS DE STRESS.

REFACCIONES ADICIONALES KIT DE MANTENIMIENTO: BATERÍAS DE

RESPALDO, SENSOR DE O2, SENSOR DE FLUJO.

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL


RECIBIDO
07-NOV-2025



CONSERVACIÓN
HGR No. 1



OBSERVACIONES:



Gutiérrez Huante Abraham Israel
Inhaloterapeuta
Tel. 99222978

ÁREA DEL SERVICIO

Carlos Osvaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

ÁREA DE CONSERVACIÓN

Ing. Magin O. Olivares Rojas

PERSONAL DIHSA