

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DÍA	MES	AÑO
28	05	2025

DATOS DEL CLIENTE		DATOS DEL EQUIPO	
INSTITUCION:	IMSS-BAJA CALIFORNIA	MARCA:	ADVANCED
UNIDAD MEDICA:	HGR 1 Tijuana	MODELO:	PM-2000-XL
CIUDAD:	TIJUANA	EQUIPO:	ISA-PR230100 - MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DEL PACIENT
CONTRATO:	050GYR040T00424-013-00	NO. SERIE:	360080-M20C06480035

Inspección Visual: El equipo Se encuentra en buen estado

Pruebas de funcionamiento		
	✓	X
ECG (40,60,100,150 lpm)	☒	☐
PANI (presiones, prueba de fugas)	☒	☐
SpO2	☒	☐
Temperatura	☒	☐
CO2 (si aplica)	☐	☒
Gases anestésicos (si aplica)	☐	☒
Batería	☒	☐
Otros	☐	☐

Revisión de accesorios		
	✓	X
Cable ECG	☒	☐
Sensor SPO2	☒	☐
Brazalete/manguera PANI	☒	☐
Sensor temperatura	☒	☐
Línea de CO2 (si aplica)	☐	☒
Otros	☐	☐

Calibraciones		
	✓	X
PANI	☐	☒
Pantalla	☒	☐
Gases	☐	☒

Ajustes/Acciones		
	✓	X
Limpieza int/ext	☒	☐
Configuración	☒	☐
Ajustes	☐	☒

Observaciones: El equipo queda funcionando Correctamente.

Carlos Oswaldo Ramírez González
 Subjefe de Conservación
 H.G.R. No. 1
 IMSS Mat 99024980

Nombre y Firma del
 cliente



INSTITUTO MEXICANO
 DEL SEGURO SOCIAL



M. Garza

Gamudiel Robiero

Nombre y Firma del
 representante de la empresa

No. Registro: 22