

Medtronic

KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Insurgentes Sur # 863 Piso 15 y 16 Colonia Nápoles
C.P. 03810, Del. Benito Juárez,
Ciudad de México, México

ORDEN DE SERVICIO

N° Orden de		N° Notificación	
25100603		25100603	
Cliente N°	Razón Social	Nombre comercial	
1655820	HOSPITAL GENARAL REGIONAL No.1 Tijuana	HOSPITAL GENARAL REGIONAL No.1 Tijuana	
Dirección		Contacto	Teléfono
Canadá 16801, Río Tijuana 3a. Etapa, 22226 Tijuana, B.C.			
Fecha de servicio	Fecha de notificación	Modelo	Patrimonio
06.10.2025	06.10.2025	PB 840	
Contrato		Tipo de Atención	Taller
050GYR019N09125-014-00		Planned Maintenance	KENDALL DE MEXICO SA DE CV
Problema Informado		Causar información	Horas Equipo
Mantenimiento preventivo 2			
Ingeniero		NNI:	Clave Presupuestal
Manuel Recio		UBICACION: Inhaloterapia	0205.0214.2902

DESCRIPCIÓN DE LA ATENCIÓN

H.G.R. No.1

Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Mano de Obra	Traslado
06.10.2025	06.10.2025	2	
Contrato No. 050GYR019N09125-014-00			
-VENTILADOR VOLUMETRICO MARCA: PURITAN BENNETT. MODELO: PB840			
-MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2			
-PRECALENTAMIENTO DEL VENTILADOR (10 MINUTOS)			
-CALIBRACION DEL SENSOR DE FLUJO.			
-CALIBRACION DE LA VALVULA DE EXHALACION.			
-CALIBRACION DEL TRANSDUCTOR DE PRESION ATMOSFERICA.			
-AUTO TEST GLOBAL (ATG) Y AUTO TEST CORTO (ATC)			
-PRUEBA VENTILADOR INOPERANTE FORZADO.			
-CALIBRACION DEL SENSOR DE OXIGENO.			
-NO SE REQUIRIÓ ASESORÍA TÉCNICA.			
-EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO.			
-PORCENTAJE AL QUE QUEDA OPERANDO EL EQUIPO 100%			
-KIT DE LIMPIEZA ALCOHOL ISOPROPILICO Y TOALLAS LIMPIADORAS			

NÚMERO DE SERIE

Serie	Material N°	Descripción	Versión del software	Versión opcional	CFN
3510000526	10884521181045	10049998 US DIUU 120V 840 VENT W/O BATT Den. Gen.: Ventilador volumétrico	AH		10049998

SERVICIOS Y PIEZAS

Cantidad	Código	Descripción	N° Serie/Lote	Fac. Prestamo
1UN	MC-840	SERVICIO VENTILADOR PULMONAR PB 840		

HERRAMIENTAS

Cantidad	Código	Descripción	N° Serie/Lote	Fac. Prestamo
----------	--------	-------------	---------------	---------------

Servicio Concluido: SI ☒ No ☐

Evento Adverso: SI ☐ No ☒

Equipo Disponible: SI ☒ No ☐

Manuel de Jesus Recio
Service & Repair

Recibido Por

06 OCT 2025
Medtronic

Ing. de Servicio MEDTRONIC
Nombre: Manuel Recio
Fecha: 06/OCT/2025

Carlos Oswaldo Ramirez González
Subjete de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat 99024980

ING. BIOMEDICA/MANTENIMIENTO
Nombre:
Fecha: / /

EJP. Cecylia Ines
1155 Orduño López Mat. 99022212

Cliente/Usuario
Nombre:
Fecha: / /