

Medtronic

KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
Insurgentes Sur # 863 Piso 15 y 16 Colonia Nápoles  
C.P. 03810, Del. Benito Juárez,  
Ciudad de México, México

ORDEN DE SERVICIO

N° Orden de

25100608

N° Notificación

25100608

|                                                                       |                                                        |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Cliente N°<br>1655820                                                 | Razón Social<br>HOSPITAL GENARAL REGIONAL No.1 Tijuana | Nombre comercial<br>HOSPITAL GENARAL REGIONAL No.1 Tijuana |
| Dirección<br>Canadá 16801, Río Tijuana 3a. Etapa, 22226 Tijuana, B.C. | Contacto                                               | Teléfono                                                   |
| Fecha de servicio<br>06.10.2025                                       | Fecha de notificación<br>06.10.2025                    | Modelo<br>PB 840                                           |
| Contrato<br>050GYR019N09125-014-00                                    | Tipo de Atención<br>Planned Maintenance                | Taller<br>KENDALL DE MEXICO SA DE CV                       |
| Problema Informado<br>Mantenimiento preventivo 2                      | Causar información                                     | Horas Equipo                                               |
| Ingeniero<br>Manuel Recio                                             | NNI:200980014318                                       | UBICACION: Inhaloterapia                                   |

DESCRIPCIÓN DE LA ATENCIÓN

|                                                                                         |                               |                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------|
| Fecha de Inicio<br>06.10.2025                                                           | Fecha de Cierre<br>06.10.2025 | Mano de Obra<br>2 | Traslado |
| Contrato No. 050GYR019N09125-014-00                                                     |                               |                   |          |
| -VENTILADOR VOLUMETRICO MARCA: PURITAN BENNETT. MODELO: PB840                           |                               |                   |          |
| -MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2                                                             |                               |                   |          |
| -PRECALENTAMIENTO DEL VENTILADOR (10 MINUTOS)                                           |                               |                   |          |
| -CALIBRACION DEL SENSOR DE FLUJO.                                                       |                               |                   |          |
| -CALIBRACION DE LA VALVULA DE EXHALACION.                                               |                               |                   |          |
| -CALIBRACION DEL TRANSDUCTOR DE PRESION ATMOSFERICA.                                    |                               |                   |          |
| -AUTO TEST GLOBAL (ATG) Y AUTO TEST CORTO (ATC)                                         |                               |                   |          |
| -PRUEBA VENTILADOR INOPERANTE FORZADO.                                                  |                               |                   |          |
| -CALIBRACION DEL SENSOR DE OXIGENO.                                                     |                               |                   |          |
| -NO SE REQUIRIÓ ASESORÍA TÉCNICA.                                                       |                               |                   |          |
| -EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO. |                               |                   |          |
| -PORCENTAJE AL QUE QUEDA OPERANDO EL EQUIPO 100%                                        |                               |                   |          |
| -KIT DE LIMPIEZA ALCOHOL ISOPROPILICO Y TOALLAS LIMPIADORAS                             |                               |                   |          |

INSTITUTO MEXICANO  
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO  
06 OCT 2025

CONSERVACIÓN  
HGR No. 1

Clave Presupuestal  
0205 0214 2902  
H.G.R. No.1

NÚMERO DE SERIE

| Serie      | Material N°    | Descripción                                                               | Versión del software | Versión opcional | CFN      |
|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------|
| 3510093608 | 10884521181045 | 10049998 US DIUU 120V 840 VENT W/O BATT Den. Gen.: Ventilador volumétrico | AH                   |                  | 10049998 |

SERVICIOS Y PIEZAS

| Cantidad | Código | Descripción                         | N° Serie/Lote | Fac. Prestamo |
|----------|--------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 1UN      | MC-840 | SERVICIO VENTILADOR PULMONAR PB 840 |               |               |

HERRAMIENTAS

| Cantidad | Código | Descripción | N° Serie/Lote | Fac. Prestamo |
|----------|--------|-------------|---------------|---------------|
|----------|--------|-------------|---------------|---------------|

Servicio Concluido: SI ☒ No ☐

Evento Adverso: SI ☐ No ☒

Equipo Disponible: SI ☒ No ☐

Manuel de Jesus Recio  
Service & Repair

Recibido Por

Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez  
Subjefe de Conservación  
H.G.R. No. 1  
IMSS Mat. 99024980

EJP. Cecyllia Ines  
Subjefe de Conservación  
H.G.R. No. 1

Medtronic

Ing. de Servicio MEDTRONIC  
Nombre: Manuel Recio  
Fecha: 06/OCT/2025

ING. BIOMEDICA/MANTENIMIENTO  
Nombre:  
Fecha: / /

Cliente/Usuario  
Nombre:  
Fecha: / /