



COPRESEL S.A. DE C.V.

Corporativo Proveedor de Equipos y Servicios para Laboratorio SA de CV

Myr **FEATHER** **Motic** **Simport**

REPORTE DE SERVICIO

Nº 313

Cotización _____ Factura _____ Fecha 26/10/24
Nombre Hospital General Regional #1
Dirección Tijuana
Estado Baja California
Tel. _____ Ext. _____

Descripción del equipo

Equipo: Procesadora de tejidos
Modelo: STP122
Marca: MYR
No. de Serie: STP122-4044-2309, STP122-4045-2309

Tipo de servicio (marcar en el recuadro)

Preventivo ☒ Instalación ☐ Capacitación ☐
Correctivo ☐ Revisión ☐ Garantía ☒

Tipo de evento


Póliza de garantía: _____
No. de eventos: _____

Detalles/Observaciones del Servicio

Actividades Realizadas

- Limpieza General
- Desarme General
- Revisión y limpieza de tarjetas electronicas
- Revisión, lubricación de sistema mecánico
- Revisión de bandas
- Cambio de filtros
- Pruebas de buen funcionamiento

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL



Ing. Javier Zamora Villalobos
Jefe de Conservación
Hospital General Regional No. 1
IMSS Mat. 99020041

Confirmación del Servicio

Victor Toral
Servicio Técnico

Nombre y firma de conformidad

Dr. Juan Pablo Robles Noriega
Jefe de Anatomía Patológica
Mat. 99026043
IMSS Hospital General Regional No. 1

COPRESEL S.A. DE C.V.

Corporativo Proveedor de Equipos y
Servicios para Laboratorio S.A. de C.V.

Calle Hidalgo Norte 112-B
Barrio de Santiago C.P. 90940
San Pablo del Monte, Tlaxcala
Tel. (222) 179 65 72
www.copresel.com.mx
ventas@copresel.com.mx