

**Kezelmedica**  
Calidad Total en Equipos Médicos  
**Corporativo MS Sistemas Médicos, S.A. de C.V.**

Orden de Servicio No.: 35207

Fecha: 28/05/24

**CLIENTE**

Unidad Hospitalaria:

Equipo: DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO

Marca: SCHILLER

Modelo: DEFIGARD HD-7

IMSS HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 1, TIJUANA

Serie: 130980002433

Inventario:

Ubicación: Hospitalización

☐ Mantenimiento Correctivo ☒ Mantenimiento Preventivo ☐ Instalación ☐ Desinstalación ☐ Garantía ☐ Otro:

**SERVICIO REALIZADO**

PRIMER SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  
REALIZADO POR INGENIERO ESPECIALIZADO

**VERIFICACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.**

- ✓ PERILLAS DE SELECCIÓN.
- ✓ PANEL DE CONTROL.
- ✓ PALETAS, CONECTOR Y CABLE.
- ✓ DISPLAY.
- ✓ INTERRUPTOR DE ENCENDIDO.
- ✓ IMPRESORA.
- ✓ CARCASA.
- ✓ CIRCUITO DE DESCARGA INTERNA.
- ✓ SISTEMA DE ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES.
- ✓ REVISIÓN DEL MÓDULO DE ECG.
- ✓ VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA BATERÍA.
- ✓ LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LOS CONSUMIBLES DEL EQUIPO.

**LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS MÓVILES.**

- ✓ EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL DEL EQUIPO.
- ✓ VERIFICACIÓN DE LA POTENCIA ENTREGADA POR EL EQUIPO.

**RUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO.**


- ✓ PRUEBA DE DESCARGA SINCRONIZADA UTILIZANDO EQUIPO DE MEDICIÓN PARA PRUEBA DE DESCARGA.
- ✓ REALIZAR 6 DISPAROS CONSECUTIVOS Y VERIFICAR TIEMPO DE GARGA  $\leq 15$  SEG. EN CADA UNO DE ELLOS.
- ✓ SEÑAL DE PRUEBA DE ECG.
- ✓ MEDICIÓN DE CARGA Y FUNCIONAMIENTO DE BATERÍA, INDICACIONES VISUALES DE BATERÍA (CC, BATERÍA DESCARGADA, BATERÍA LLENA).

INSTITUTO MEXICANO  
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBO  
28 MAY 2024



CONSERVACIÓN  
HGR No. 1



CONSERVACIÓN  
H.G.R. No. 1  
TIJUANA, B.C.

Equipo funciona: Sí ☒ No ☐

Ingeniero especialista

*Diana Ruelas Quintanilla*  
Nombre y Firma

Usuario y/o Responsable del Servicio

*Lic. Laura Montoya*  
Nombre y Firma  
Recibe de conformidad

Juan José Ramírez González

*Juan José Ramírez González*  
Subjeto de Conservación  
H.G.R. No. 1  
Nombre y Firma  
Recibe de conformidad

RFC: CMS-100107-G13

Lago Alberto 442, Torre B # 601 Anáhuac I Sección C.P. 11320, Ciudad de México, Alcaldía Miguel Hidalgo.  
Tel: +52 (55) 5119-5447 y 6725-0785 servicio@kezelmedica.com www.kezelmedica.com