



MANTENIMIENTO PREVENTIVO

12 / 11 / 2025

INSTITUCION:	IMSS-BAJA CALIFORNIA	MARCA:	NIHON KOHDEN / LIFEE
UNIDAD MEDICA:	HGR 1 Tijuana	MODELO:	CARDIOLIFE TEC-5631 / LI-ET500
CIUDAD:	TIJUANA	EQUIPO:	CAH-PR23012 - CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO
CONTRATO:	040T00923-205	NO. SERIE:	06251

Inspección Visual: El equipo se encuentra en buen estado

	✓	X
ECG, PANI, SpO2	☒	☐
Carga y descarga 150J	☒	☐
Marcapasos	☒	☐
DEA	☒	☐
Chequeo Básico	☒	☐
Batería	☒	☐
Laringoscopio y cargador	☒	☐
Otro	☐	☐

	✓	X
Cable ECG y sensor SpO2	☒	☐
Brasalete/manfuera y modulo PANI	☒	☐
Palas para desfibrilación	☒	☐
Tanque O2	☒	☐
Resucitadores manuales	☒	☐
carro de emergencia (completo)	☒	☐

	✓	X
PANI	☐	☒
Energía de descarga	☐	☒
Otro	☐	☐

	✓	X
Limpieza Int/ext	☒	☐
Configuración	☒	☐
Ajustes	☐	☒

El equipo queda funcionando correctamente.

RECIBIDO
12 NOV 2025

CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Ing Carlos D. Rodríguez
Jefe Depto de Conservación
Hospital General
matricula 9902451



Brianda Verdugo G.
97021316

Gamadier Robero

Nombre y Firma del
representante de la empresa

No. Registro: 3