

Medtronic

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Insurgentes Sur # 863 Piso 15 y 16 Colonia Nápoles
C.P. 03810, Del. Benito Juárez,
Ciudad de México, México

ORDEN DE SERVICIO

N° Orden de

403548719

N° Notificación

304114152

Cliente N° 1655820	Razón Social HOSPITAL GENARAL REGIONAL No.1 Tijuana	Nombre comercial HOSPITAL GENARAL REGIONAL No.1 Tijuana
Dirección Canadá 16801, Río Tijuana 3a. Etapa, 22226 Tijuana, B.C.	Contacto	Teléfono
Fecha de servicio 01.07.2025	Fecha de notificación 01.07.2025	Modelo PB 840
Contrato 050GYR019N09125-014-00	Tipo de Atención Planned Maintenance	Taller KENDALL DE MEXICO SA DE CV
Problema Informado Mantenimiento preventivo 1	Causar información	Horas Equipo
Ingeniero Manuel Recio	NNI:200980014318 UBICACION: Inhaloterapia	

DESCRIPCIÓN DE LA ATENCIÓN

Fecha de Inicio 01.07.2025	Fecha de Cierre 01.07.2025	Mano de Obra 2	Traslado
Contrato No. 050GYR019N09125-014-00			
-VENTILADOR VOLUMETRICO MARCA: PURITAN BENNETT. MODELO: PB840			
-MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1			
-PRECALENTAMIENTO DEL VENTILADOR (10 MINUTOS)			
-CALIBRACION DEL SENSOR DE FLUJO.			
-CALIBRACION DE LA VALVULA DE EXHALACION.			
-CALIBRACION DEL TRANSDUCTOR DE PRESION ATMOSFERICA.			
-AUTO TEST GLOBAL (ATG) Y AUTO TEST CORTO (ATC)			
-PRUEBA VENTILADOR INOPERANTE FORZADO.			
-CALIBRACION DEL SENSOR DE OXIGENO.			
-NO SE REQUIRIÓ ASESORÍA TÉCNICA.			
-EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO.			
-PORCENTAJE AL QUE QUEDA OPERANDO EL EQUIPO 100%			
-KIT DE LIMPIEZA ALCOHOL ISOPROPILICO Y TOALLAS LIMPIADORAS			

NÚMERO DE SERIE

Serie	Material N°	Descripción	Versión del software	Versión opcional	CFN
3510093608	10884521181045	10049998 US DIUU 120V 840 VENT W/O BATT Den. Gen.: Ventilador volumétrico	AH		10049998

SERVICIOS Y PIEZAS

Cantidad	Código	Descripción	N° Serie/Lote	Fac. Prestamo
1UN	MC-840	SERVICIO VENTILADOR PULMONAR PB 840		

HERRAMIENTAS

Cantidad	Código	Descripción	N° Serie/Lote	Fac. Prestamo
----------	--------	-------------	---------------	---------------

Servicio Concluido: Sí ☒ No ☐

Evento Adverso: Sí ☐ No ☒

Equipo Disponible: Sí ☒ No ☐

Manuel de Jesus Recio
Service & Repair

01 JUL 2025

Medtronic

Ing. de Servicio MEDTRONIC
Nombre: Manuel Recio
Fecha: 01/JUL/2025

Recibido Por

Carlos Oswaldo Ramirez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

ING. BIOMEDICA/MANTENIMIENTO
Nombre:
Fecha: / /



Dra. Olga L. Romero Tejeda
Jefa de Pediatría
Matrícula 99022478
Hospital General Regional No. 1
Tijuana, B.C.

Cliente/Usuario
Nombre:
Fecha: / /

