

Medtronic

0205 0214 2002

H.G.R. No.1

KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Insurgentes Sur # 863 Piso 15 y 16 Colonia Nápoles
C.P. 03810, Del. Benito Juárez,
Ciudad de México, México

ORDEN DE SERVICIO

N° Orden de

403549906

N° Notificación

304114153

Cliente N° 1655820	Razón Social HOSPITAL GENARAL REGIONAL No.1 Tijuana	Nombre comercial HOSPITAL GENARAL REGIONAL No.1 Tijuana
Dirección Canadá 16801, Río Tijuana 3a. Etapa, 22226 Tijuana, B.C.		Contacto
Fecha de servicio 01.07.2025	Fecha de notificación 01.07.2025	Modelo PB 840
Contrato 050GYR019N09125-014-00		Patrimonio
Tipo de Atención Planned Maintenance		Taller KENDALL DE MEXICO SA DE CV
Problema Informado Mantenimiento preventivo 1		Causar información Horas Equipo
Ingeniero Manuel Recio		NNI:200980014319 UBICACION:Inhaloterapia

DESCRIPCIÓN DE LA ATENCIÓN

Fecha de Inicio 01.07.2025	Fecha de Cierre 01.07.2025	Mano de Obra 2	Traslado
Contrato No. 050GYR019N09125-014-00			
-VENTILADOR VOLUMETRICO MARCA: PURITAN BENNETT. MODELO: PB840			
-MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1			
-PRECALENTAMIENTO DEL VENTILADOR (10 MINUTOS)			
-CALIBRACION DEL SENSOR DE FLUJO.			
-CALIBRACION DE LA VALVULA DE EXHALACION.			
-CALIBRACION DEL TRANSDUCTOR DE PRESION ATMOSFERICA.			
-AUTO TEST GLOBAL (ATG) Y AUTO TEST CORTO (ATC)			
-PRUEBA VENTILADOR INOPERANTE FORZADO.			
-CALIBRACION DEL SENSOR DE OXIGENO.			
-NO SE REQUIRIÓ ASESORÍA TÉCNICA.			
-EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO.			
-PORCENTAJE AL QUE QUEDA OPERANDO EL EQUIPO 100%			
-KIT DE LIMPIEZA ALCOHOL ISOPROPILICO Y TOALLAS LIMPIADORAS			

NÚMERO DE SERIE

Serie	Material N°	Descripción	Versión del software	Versión opcional	CFN
3510093611	10884521181045	10049998 US DIUU 120V 840 VENT W/O BATT Den. Gen.: Ventilador volumétrico	AH		10049998

SERVICIOS Y PIEZAS

Cantidad	Código	Descripción	N° Serie/Lote	Fac. Prestamo
1UN	MC-840	SERVICIO VENTILADOR PULMONAR PB 840		

HERRAMIENTAS

Cantidad	Código	Descripción	N° Serie/Lote	Fac. Prestamo

Servicio Concluido: SI ☒ No ☐

Evento Adverso: SI ☐ No ☒

Equipo Disponible: SI ☒ No ☐

Recibido Por

Manuel de Jesus Recio
Service & Repair

Carlos Oswaldo Ramirez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat. 99024980



Dra. Olga L. Romero Tejeda
Jefa de Pediatría
Matricula 99022478
Hospital General Regional No. 1
Tijuana, B.C.

Medtronic

Ing. de Servicio MEDTRONIC
Nombre: Manuel Recio
Fecha: 01/JUL/2025

ING. BIOMEDICA/MANTENIMIENTO

Nombre: _____
Fecha: ____/____/____

Cliente/Usuario

Nombre: _____
Fecha: ____/____/____