



ORDEN DE SERVICIO

Nº 4379

Fecha: 10. Septiembre - 2025	Dependencia: Pública
Tipo de mantenimiento: Preventivo	Hospital: IMSS Hospital General Regional No. 1 Tijuana
Tipo de servicio: Según Contrato	Domicilio: Canadá 16801, Rio Tijuana 3ra Etapa Rio Tijuana 22226, Tijuana B.C.
Horas uso: 14036 hrs	Ubicación: Inhaloterapia

Equipo: Ventilador Mecánico	Marca: Tecme
Modelo: Neumavent TS	
Serie: 2107 4417 1083 AIV	
Número de inventario: 202180004658	Clave Presupuestal 0205 0214 2902
Falla del equipo: menor a causa de mantenimiento	H.G.R. No.1



Servicio o reparación: Se realiza servicio de mantenimiento preventivo con aplicación de Kit de 5 mil horas. Se realiza limpieza interna y externa, cambio de junta de cierre y celda de oxígeno, prueba de carga y descarga de batería, y verificación de gramáticas de funcionamiento. Se realiza reset de horas en modo servicio.

Rutina de mantenimiento:	SI	N/A	OBSERVACIONES
Limpieza externa e interna del equipo	/		
Verificar alarmas audibles y visuales. Evaluación de parámetros.	/		
Verificar el estado de la batería ion de litio interna	/		
Aplicación de Kit de mantenimiento	/		
Verificación de Calibración y pruebas celda O ₂ y válvula de exhalación	/		
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON ANALIZADOR DE FLUJO		/	
Refacciones aplicadas: Junta de cierre, celda de oxígeno y válvula de exhalación. Se entregan refacciones y consumibles.			

Observaciones:

Se entrega equipo funcionando correctamente de acuerdo a especificaciones del fabricante.

Por parte de Servicios Biomédicos
BAZAFI, S.A. de C.V.

Recibe por parte del Hospital

Autoriza por parte del Hospital

Ing. Vanessa Méndez		
Nombre Completo	Nombre Completo	Nombre Completo
Servicio Técnico	Inhaloterapia Sergio Flores Guerrero Mat. 99026473	Carlos Oswaldo Ramírez González Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1 Mat. 9024980
Puesto	Puesto	Puesto
Firma	Firma	Firma