



ORDEN DE SERVICIO

Nº 4380

Fecha: 17 - Septiembre - 2025	Dependencia: Pública
Tipo de mantenimiento: Preventivo	Hospital: IMSS Hospital General Regional No. 1 Tijuana
Tipo de servicio: Según Contrato	Domicilio: Carretera 16801, Rio Tijuana 3ra Etapa Rio Tijuana 22226 Tijuana B.C.
Horas uso: 13967 hrs	Ubicación: Inhaloterapia

Equipo: Ventilador Mecánico	Marca: Tecme
Modelo: Neumavent TS	Clave Presupuestal 0205 0214 2902
Serie: 2107 4418 1083 AIV	H.G.R. No. 1
Número de inventario:	

Falla del equipo: Ninguna



Servicio o reparación: Se realiza servicio de mantenimiento preventivo con aplicación de kit de 5 mil horas. Se realiza limpieza interna y externa, cambio de junta de cierre, y celda de oxígeno, prueba de fuga y descarga de batería y verificación de parámetros de funcionamiento. Se realiza reset de horas.

Rutina de mantenimiento:	SI	N/A	OBSERVACIONES
Limpieza externa e interna del equipo	✓		
Verificar alarmas audibles y visuales. Evaluación de parámetros.	✓		
Verificar el estado de la batería ion de litio interna	✓		
Aplicación de Kit de mantenimiento	✓		
Verificación de Calibración y pruebas celda O ₂ y válvula de exhalación	✓		
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON ANALIZADOR DE FLUJO		✓	
Refacciones aplicadas: Junta de cierre, celda de oxígeno y válvula de exhalación. Se entregan refacciones y consumibles.			

Observaciones:

Se entregó equipo funcionando correctamente de acuerdo a especificaciones del fabricante. Se recomienda uso de tiempo de agua.

Por parte de Servicios Biomédicos
BAZAFI, S.A. de C.V.

Recibe por parte del Hospital

Autoriza por parte del Hospital

Ing. Vanessa Méndez		
Nombre Completo	No. 1 Tijuana Inhaloterapia Sergio Flores Guerrero Mat. 99026473	Nombre Completo
Servicio Técnico		Carlos Oswaldo Ramírez González
Puesto	Puesto	Subjefe de Conservación Puesto No. 1
		Mat. 99024980
Firma	Firma	Firma