



ORDEN DE SERVICIO

Nº 4381

Fecha: 17 Septiembre - 2025	Dependencia: Pública
Tipo de mantenimiento: Preventivo	Hospital: IMSS H.G. R. No 1 Tijuana
Tipo de servicio: Según Contrato	Domicilio: Canada 16801 Rto Tijuana 3 Etapa 22226 Tijuana B.C.
Horas uso: 13632 hrs	Ubicación: Inhaloterapia

Equipo: Ventilador Mecánico	Marca: Tecme
Modelo: Namvent TS	
Serie: 2107 4419 1083 A1V	
Número de inventario: 202180004670	Clave Presupuestal 0205 0214 2902
Falla del equipo: Ninguna	H.G.R. No.1



Servicio o reparación: Se realiza servicio de mantenimiento preventivo con aplicación de kit de 5 mil horas, se realiza limpieza interna y externa, cambio de junta de cierre y celda de oxígeno, prueba de carga y descarga de batería y verificación de parámetros de funcionamiento. Se realiza reset de base.

Rutina de mantenimiento:	SI	N/A	OBSERVACIONES
Limpieza externa e interna del equipo	/		
Verificar alarmas audibles y visuales. Evaluación de parámetros.	/		
Verificar el estado de la batería ion de litio interna	/		
Aplicación de Kit de mantenimiento	/		
Verificación de Calibración y pruebas celda O ₂ y válvula de exhalación	/		
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON ANALIZADOR DE FLUJO		/	
Refacciones aplicadas: Junta de cierre, celda de oxígeno y válvula de exhalación. Se entregan refacciones y consumibles.			

Observaciones:

Se entrega equipo funcionando correctamente de acuerdo a especificaciones del fabricante. Se recomienda uso de terapia de oxígeno.

Por parte de Servicios Biomédicos
BAZAFI, S.A. de C.V.

Recibe por parte del Hospital

Autoriza por parte del Hospital

Ing. Vanessa Méndez		
Nombre Completo	Nombre Completo	Nombre Completo
Servicio Técnico	Inhaloterapia Sergio Flores Guerrero Mat. 99026473	Carlos Oswaldo Ramírez González Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1 Mat. 99024980
Puesto	Puesto	Puesto
Firma	Firma	Firma