



ORDEN DE SERVICIO

Nº 4383

Fecha: 22 - Septiembre - 2025	Dependencia: Pública
Tipo de mantenimiento: Preventivo	Hospital: IMSS H.G.R. No. 1 Tijuana
Tipo de servicio: Según Contrato	Domicilio: Canadá 16807, 2do Tijuana 3
Horas uso: 15423 hrs	Etapa: 22226 - Tijuana B.C.
	Ubicación: Inhaloterapia
Equipo: Ventilador Mecánico	Marca: Tecme
Modelo: Neumovent TS	
Serie: 2107 4421 1083 AIV	Clave Presupuestal
Número de inventario:	0205 0214 2902
Falla del equipo: Ninguna	H.G.R. No. 1



CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Servicio o reparación: Se realizó servicio de mantenimiento preventivo con aplicación de kit de 5 mil horas, se realizó limpieza interna y externa, cambio de junta de cierre y celda de oxígeno, prueba de carga y descarga de batería y verificación de parámetros de funcionamiento. (Resol. de IMSS)

Rutina de mantenimiento:	SI	N/A	OBSERVACIONES
Limpieza externa e interna del equipo	✓		
Verificar alarmas audibles y visuales. Evaluación de parámetros.	✓		
Verificar el estado de la batería ion de litio interna	✓		
Aplicación de Kit de mantenimiento	✓		
Verificación de Calibración y pruebas celda O ₂ y válvula de exhalación	✓		
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON ANALIZADOR DE FLUJO		✓	
Refacciones aplicadas: Junta de cierre, celda de oxígeno y válvula de exhalación. Se entregan refacciones y consumibles.			

Observaciones:

Se entrega equipo funcionando correctamente de acuerdo a especificaciones de fábrica. Se recomienda tener cuidado con perilla selectiva.

Por parte de Servicios Biomédicos
BAZAFI, S.A. de C.V.

Recibe por parte del Hospital

Autoriza por parte del Hospital

Ing. Vanessa Méndez		
Nombre Completo	Nombre Completo	Nombre Completo
Servicio Técnico	Inhaloterapia Sergio Flores Guerrero Mat. 99026473	Carlos Oswaldo Ramírez González Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1 IMSS Mat. 99024980
Puesto	Puesto	Puesto
Firma	Firma	Firma