



ORDEN DE SERVICIO

Nº 4387

Fecha: 26 - Septiembre - 2025	Dependencia: Pública
Tipo de mantenimiento: Preventivo	Hospital: IMSS. H.G.R. No 1 Tijuana
Tipo de servicio: Según Contrato	Domicilio: Canadá, 16801, Río Tijuana 3 Elapa
Horas uso: 17676	Ubicación: 22776 Tijuana B.C.
	Ubicación: Inhaloterapia

Equipo: Ventilador Mecánico	Marca: Tecme
Modelo: Neumavent TS	
Serie: 2107 4475 1083 AIV	Clave Presupuestal
Número de inventario:	0205 0214 2902

Falla del equipo: Ninguna	H.G.R. No.1
---------------------------	-------------



Servicio o reparación: Se realizó servicio de mantenimiento preventivo con aplicación de Kit de 5 mil horas, se realizó limpieza interna y externa, cambio de junta de cierre y celda de oxígeno, prueba de carga y descarga de batería y verificación de parámetros de funcionamiento. Reset de horas.

Rutina de mantenimiento:	SI	N/A	OBSERVACIONES
Limpieza externa e interna del equipo	✓		
Verificar alarmas audibles y visuales. Evaluación de parámetros.	✓		
Verificar el estado de la batería ion de litio interna	✓		
Aplicación de Kit de mantenimiento	✓		
Verificación de Calibración y pruebas celda O ₂ y válvula de exhalación	✓		
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON ANALIZADOR DE FLUJO		✓	
Refacciones aplicadas: Junta de cierre, celda de oxígeno y válvula de exhalación. Se entrega refacciones y consumibles.			

Observaciones:

Se entrega equipo funcionando correctamente de acuerdo a especificaciones del fabricante. Se observa según en pantalla.

Por parte de Servicios Biomédicos
BAZAFI, S.A. de C.V.

Recibe por parte del Hospital

Autoriza por parte del Hospital

Ing. Vanessa Méndez	Inhaloterapia	
Nombre Completo	Nombre Completo	
Servicio Técnico	Mat. 99026473	Carlos Oswaldo Ramírez González
Puesto	Puesto	Subjefe de Conservación
		H.G.R. No. 1
		IMSS Mat 99024980
Firma	Firma	Firma