



ORDEN DE SERVICIO

Nº 4389

Fecha: 10- Septiembre - 2025	Dependencia: pública
Tipo de mantenimiento: Correctivo	Hospital: IMSJ H.G.B. No 1 Tijuana
Tipo de servicio: Según Contrato	Domicilio: Caradú 16001 Rio Tijuana 3 etapa 22226. Tijuana, B.C.
Horas uso: 15 345 hrs	Ubicación: Inhaloterapia

Equipo: Ventilador Mecánico	Marca: Tecma
Modelo: Neumatek TS	
Serie: 2107 4415 1083 A1V	
Número de inventario: 2021 800046556	Clave Presupuestal 0205 0214 2902
Falla del equipo: Falla en placa de teclado	H.G.R. No.1



Servicio o reparación: Se realiza servicio correctivo de placa de teclado touch, se realiza cambio de retroacción debido a que no funcionaban los botones del teclado, se realiza cambio.

Rutina de mantenimiento:	SI	N/A	OBSERVACIONES
Limpieza externa e interna del equipo	/		
Verificar alarmas audibles y visuales. Evaluación de parámetros.	/		
Verificar el estado de la batería ion de litio interna	/		
Aplicación de Kit de mantenimiento		/	
Verificación de Calibración y pruebas celda O ₂ y válvula de exhalación	/		
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON ANALIZADOR DE FLUJO		/	
Refacciones aplicadas: Kit completo de placa para teclado touch con NP: 3878 R1V			

Observaciones:

Se entrega equipo funcionando correctamente.

Por parte de Servicios Biomédicos
BAZAFI, S.A. de C.V.

Recibe por parte del Hospital

Autoriza por parte del Hospital

Ing. Vanessa Méndez	Inhaloterapia	Carlos Osvaldo Ramírez González
Nombre Completo	Nombre Completo	Subjefe de Conservación
Servicio Técnico	Mat. 99026473	H.G.R. No. 1
Puesto	Puesto	Puesto
Firma	Firma	Firma