

ORDEN DE SERVICIO

e-mail: servicio@fehlmex.mx
garantiaspm@fehlmex.mx

T-4

No. DE SOLICITUD:

CLIENTE:	HGR 1 Tijuana	Baja California
DIRECCIÓN:	Calle Canadá, No.16801 Colonia Rio Tijuana 3era etapa C.P.22226, Municipio Tijuana, Baja California	EQUIPO: Lampara quirúrgica doble de led.
MODELO:	FEHLED 370/370	SERIE: MB-22648
RESPONSABLE:	Ing. Javier Zamora Villalobos	DEPARTAMENTO: Conservación
		FECHA: 12/05/2025
		TELEFONO
		E-MAIL:

FALLA REPORTADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FALLA ENCONTRADA:

SALIDA:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

- ☒ LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN EN GENERAL INTERNA Y EXTERNA
- ☒ REVISIÓN DE SECCIÓN DE LEDS
- ☒ REVISIÓN Y AJUSTE DEL CONTROL DE INTENSIDAD
- ☒ REVISIÓN DE FUENTES DE VOLTAJE
- ☒ REVISIÓN DE INTEGRIDAD FÍSICA Y FUNCIONAL DE CABLES
- ☒ LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA Y REVISIÓN DE SALIDA DE VOLTAJE
- ☒ VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL

CONCLUSIÓN:

Equipo queda funcionando correctamente.

OBSERVACIONES:

Nombre y Firma del Técnico
Dwight R. Páez L.

VOBO: USUARIO

AV. INDUSTRIA 244-A COL. MOCTEZUMA 2a SECC. C.P. 15530 MÉXICO CDMX

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Nombre y Firma del Cliente
Ing. Javier Zamora Villalobos
Jefe de Conservación

ORIGINAL

REFACCIONES UTILIZADAS:

CANTIDAD: DESCRIPCIÓN

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

13 MAY 2025

CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Ing. Javier Zamora Villalobos
Jefe de Conservación
Hospital General de Tijuana
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
ORIGINAL