

ORDEN DE SERVICIO

72002768

CONS:

FECHA: 12-11-24	NO. REPORTE N/A	NO. DE INGRESO N/A	NO. BITACORA
INFORMACIÓN DEL CLIENTE		INFORMACIÓN DEL SERVICIO	
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA		MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 2	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1		CORRECTIVO:	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO: ☐		PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐	
TEL: 6646270963		GARANTÍA DE SERVICIO ☐	
CONTRATO NO. 040T00923-262		REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐	
COTIZACIÓN: N/A		DIAGNÓSTICO ☐	
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.		ASESORÍA: ☐	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMÍREZ GONZÁLEZ		CAPACITACIÓN: ☐	
CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN		SUMINISTROS DE:	
REPORTÓ FALLA: N/A		REFACCIONES: ☐	
FALLA REPORTADA: N/A		ACCESORIOS: ☐	
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI ☐ NO ☒		LUGAR DE SERVICIO: EN SITIO ☒	
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A		EMPRESA: ☐	
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A		ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A	
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
EQUIPO: CUNA DE CALOR RADIANTE	MARCA: ATMOSCAR	MODELO: ADVENTUM	NO. SERIE: AP17-1510
NO. INVENTARIO: 2023 80013901	SOFTWARE:	UBICACIÓN FÍSICA: UCIN	
HORAS DE USO EQUIPO: NA	OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA	TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Neonatal	
HORAS DE USO TURBINA: NA			
EQUIPO COMPLEMENTARIO			
EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	NO. DE SERIE:
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:			
EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA GENERAL, VERIFICACIÓN DE COMPONENTES EXTERNOS E INTERNOS, VERIFICACIÓN DE PANEL FRONTAL, REVISIÓN DE CALENTADOR Y LUZ DE CUNA, VERIFICACIÓN DE SISTEMA DE ELEVACIÓN DE CAMA (SI CUENTA CON EL), VERIFICACIÓN DE MONITOREO DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE BASCULA (SI CUENTA CON ELLA), VERIFICACIÓN DE LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA Y PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.			
ID/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: HGR No. 1, 5529065			
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.			
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.		SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NÚMERO:	
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:		Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1	
FUNCIONANDO AL 100% ☒			
FUERA DE SERVICIO ☐			
NO SE REALIZA SERVICIO ☐			
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):		SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:	
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
Rafael SC	Janeth Guadalupe Pérez González	Carlos Oswaldo Ramírez González	
12-11-24	Mat. 99024528	Mat. 66024980	
NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:
Ing. Rafael Sánchez Cordova			
REALIZÓ EL SERVICIO	PUESTO:	PUESTO:	PUESTO:
NO. DE MATRÍCULA:	NO. DE MATRÍCULA:	NO. DE MATRÍCULA:	NO. DE MATRÍCULA:
FECHA	FECHA	FECHA	FECHA
USUARIO Y/O RESPONSABLE	JEFE DE CONSERVACIÓN	JEFE DE BIOMÉDICA	

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"