

72003386

CONS: 1195

FECHA: 07-07-25		NO. REPORTE N/A		NO. DE INGRESO N/A		NO. BITÁCORA: 83920	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 1		CORRECTIVO: ☐	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 1				GARANTÍA DE SERVICIO		PREDICTIVO: ☐	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO: ☐				GARANTÍA DE VENTA		REFACCIÓN: ☐	
TEL: 6646270963		CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019-00		COTIZACIÓN: N/A		ASESORÍA: ☐	
				CAPACITACIÓN: ☒		DIAGNÓSTICO: ☐	
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226 TIJUANA, BAJA CALIFORNIA				SUMINISTROS DE: ☐		LUGAR DE SERVICIO: ☒	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMÍREZ GONZÁLEZ				CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN		EN SITIO: ☐	
REPORTO FALLA: N/A				FALLA REPORTADA: N/A		EMPRESA: ☐	
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE:		SI: ☐		NO: ☒		ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A	
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: DESFIBRILADOR		MARCA: NIHON KONDEN		MODELO: TEC-5631		NO. SERIE: 08903	
NO. INVENTARIO: 202080000401		SOFTWARE: 05-15		UBICACIÓN FÍSICA: Urgencias P-Admétricas			
HORAS DE USO EQUIPO: NA		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Adulto - Pediátrico			
HORAS DE USO TURBINA: NA							
EQUIPO COMPLEMENTARIO							
EQUIPO:		MARCA:		MODELO:		NO. DE SERIE:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTE EN LA INSPECCIÓN FÍSICA GENERAL, VERIFICACIÓN DE COMPONENTES EXTERNOS E INTERNOS, VERIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DE PALETAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS DE ENERGÍA DE CARGA Y DESCARGA, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA. SERVICIO BASADO EN RUTINA DE MANTENIMIENTO ANEXA.							
ID/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-18,5529063; PA-19,00140.							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NÚMERO:			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:				Clave Presupuestal			
				0205 0214 2902			
				H.G.R. No.1			
FUNCIONANDO AL 100%				X			
FUERA DE SERVICIO							
NO SE REALIZA SERVICIO							
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):							
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE	SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA DE REFERENCIA:			
FIRMA:				FIRMA:			
07-07-25				Carlos Oswaldo Ramírez González			
Manuela Clementina Bracamonte Rodríguez				Subjefe de Conservación			
PUESTO: Enfermera Jefe de Piso				PUESTO: Jefe de Conservación			
NO. DE MATRÍCULA: 99026233				NO. DE MATRÍCULA: 99024980			
FECHA: 07/07/25				FECHA: 07-07-25			
REALIZÓ EL SERVICIO				JEFE DE CONSERVACIÓN			
USUARIO Y/O RESPONSABLE				JEFE DE BIOMÉDICA			

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"