



72003394

FECHA: -07-25		NO. REPORTE N/A		NO. DE INGRESO N/A		NO. BITACORA: 83930	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 1		CORRECTIVO:	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 1				GARANTÍA DE SERVICIO		PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO: ☐				GARANTÍA DE VENTA		REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐	
TEL: 6646270963		CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019-00		COTIZACIÓN: N/A		ASESORÍA: ☐ DIAGNÓSTICO ☐	
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226 TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				SUMINISTROS DE: REFACCIONES: ☐		LUGAR DE SERVICIO: EN SITIO: ☐	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMÍREZ GONZÁLEZ				CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN		ACCESORIOS: ☐ EMPRESA: ☐	
REPORTO FALLA: N/A				FALLA REPORTADA: N/A			
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE:		SI: ☐		NO: ☒		ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A	
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: DESFIBRILADOR		MARCA: NIHON KOHDEN		MODELO: TEC-5631		NO. SERIE: 04048	
NO. INVENTARIO: 202180011275		SOFTWARE: 05-78		UBICACIÓN FÍSICA: Toca Cirugía		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Adulto	
HORAS DE USO EQUIPO: NA		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA		7 JUL 2025			
HORAS DE USO TURBINA: NA							
EQUIPO COMPLEMENTARIO							
EQUIPO:		MARCA:		MODELO:		NO. DE SERIE:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA GENERAL, VERIFICACIÓN DE COMPONENTES EXTERNOS E INTERNOS, VERIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DE PALETAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS DE ENERGÍA DE CARGA Y DESCARGA, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, SERVICIO BASADO EN RUTINA DE MANTENIMIENTO ANEXA.							
ID/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-18,5524063; PA-19, 00140.							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NÚMERO:			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:				Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1			
FUNCIONANDO AL 100% ☒							
FUERA DE SERVICIO ☐							
NO SE REALIZA SERVICIO ☐							
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):							
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE	SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA REFERENCIAL			
							
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
							
NOMBRE COMPLETO: Claudia Brantill Ramos		NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramírez González		NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramírez González		NOMBRE COMPLETO:	
PUESTO: Enfermera jefe Proc		PUESTO: Subjefe de Conservación		PUESTO: Subjefe de Conservación		PUESTO:	
NO. DE MATRÍCULA: 98261556		NO. DE MATRÍCULA: H.G.R. No. 1		NO. DE MATRÍCULA: H.G.R. No. 1		NO. DE MATRÍCULA:	
FECHA: 07/07/25		FECHA: 07/07/25		FECHA: 07/07/25		FECHA:	
REALIZÓ EL SERVICIO		USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE CONSERVACIÓN		JEFE DE BIOMÉDICA	

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"