

72003417

CONF. T24

FECHA: 08-07-25		NO. REPORTE N/A		NO. DE INGRESO N/A		NO. BITACORA 83937	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 1			
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 1				CORRECTIVO			
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO: ☐				GARANTÍA DE SERVICIO ☐ PRODUCTIVO ☐ USUARIO ☐			
TEL: 6646270963				GARANTÍA DE VENTA ☐ REPARACIÓN ☐ SERVICIO ☐			
CONTRATO NO. 05067010N09125-019- COTIZACIÓN: N/A				ASESORÍA: ☐ DIAGNÓSTICO ☐			
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				ACCESORIOS: ☒			
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMÍREZ GONZÁLEZ				SUMINISTROS DE: ☐			
CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN				REACCIONES: ☐			
REPORTÓ FALLA: N/A				ACCESORIOS: ☐			
FALLA REPORTADA: N/A				LUGAR DE SERVICIO: ☐			
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI: ☐ NO: ☒				EN SITIO: ☐			
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A				EMPRESA: ☐			
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO		MARCA: VYAIRE MEDICAL		MODELO: T-BIRD VELA DIAMOND		NO. SERIE: CAT06252	
NO. INVENTARIO: 202700033673		SOFTWARE: 03.02.01		UBICACIÓN FÍSICA: Intubatorio			
HORAS DE USO EQUIPO: 13813		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Adulto			
HORAS DE USO TURBINA: 17813							
EQUIPO COMPLEMENTARIO							
EQUIPO:		MARCA:		MODELO:		NO. DE SERIE:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA Y FUNCIONAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO Y VÁLVULAS ELECTRONEUMÁTICAS, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MEZCLADOR DE OXÍGENO, PRUEBA, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TRANSDUCTORES INTERNOS, CALIBRACIÓN DE PANTALLA TÁCTIL, PRUEBAS DE OVP, UVT Y SERVICIO, PRUEBAS DE BATERÍA DE RESPALDO, SE REALIZA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, SERVICIO BASADO EN RUTINA DE MANTENIMIENTO ANEXA.							
DINÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-17. BB104308; PA-16. VBA79030250							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100% EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NÚMERO:			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:				Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1			
FUNCIONANDO AL 100%				X			
FUERA DE SERVICIO							
NO SE REALIZA SERVICIO							
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):				SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:			
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE				
FIRMA:				FIRMA:			
Jonathan Bautista				Carlos Oswaldo Ramírez González			
8-7-25				Subjefe de Conservación			
Gtz. Humberto Abraham Israel				H.G.R. No. 1			
NOMBRE COMPLETO: Intubatorio				NOMBRE COMPLETO: IMSS			
Mat. 99022978				Mat. 99024980			
PUESTO:				PUESTO:			
NO. DE MATRÍCULA:				NO. DE MATRÍCULA:			
FECHA: 08/07/25				FECHA: 08-07-25			
REALIZÓ EL SERVICIO				JEFE DE CONSERVACIÓN			
USUARIO Y/O RESPONSABLE				JEFE DE BIOMÉDICA			