

72003423

CONS: 2310

FECHA		NO. REPORTE N/A		NO. DE INGRESO N/A		NO. BITACORA	
11-07-25				83273			
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 1			
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 1				CORRECTIVO:			
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO: ☐				GARANTÍA DE SERVICIO ☐ PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐			
TEL: 6646270963				GARANTÍA DE VENTA ☐ REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐			
CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019- COTIZACIÓN: N/A				ASESORÍA: ☐ DIAGNÓSTICO ☐			
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				CAPACITACIÓN: ☒			
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ				SUMINISTROS DE: ☐			
CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN				REFACCIONES: ☐			
REPORTO FALLA: N/A				ACCESORIOS: ☐			
FALLA REPORTADA: N/A				LUGAR DE SERVICIO: ☐			
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI: ☐ NO: ☒				EN SITIO: ☐			
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A				EMPRESA: ☐			
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO		MARCA: VYAIRE MEDICAL		MODELO: T-BIRD VELA DIAMOND		NO. SERIE: CAT07813	
NO. INVENTARIO: 202100033619		SOFTWARE: 03.02.01		UBICACIÓN FÍSICA: Inhaloterapia			
HORAS DE USO EQUIPO: 11843		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Adulto			
HORAS DE USO TURBINA: 11843							
EQUIPO COMPLEMENTARIO							
EQUIPO:		MARCA:		MODELO:		NO. DE SERIE:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTIO EN LA INSPECCION FISICA Y FUNCIONAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO Y VÁLVULAS ELECTRONEUMÁTICAS, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MEZCLADOR DE OXÍGENO, PRUEBA, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TRANSDUCTORES INTERNOS, CALIBRACIÓN DE PANTALLA TÁCTIL, PRUEBAS DE OVP, UVT Y SERVICIO. PRUEBAS DE BATERIA DE RESPALDO, SE REALIZA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. SERVICIO BASADO EN RUTINA DE MANTENIMIENTO ANEXA.							
ID/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PATI, BB10.5028. Numero de Serie Real del Equipo: CAT07183.							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NÚMERO:			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:				Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1			
REPARACIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):				SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:			
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE				
FIRMA:				FIRMA:			
Luis Carlos A. Salazar				Carlos Oswaldo Ramírez González			
11-07-25				Subjefe de Conservación			
NOMBRE COMPLETO:				NOMBRE COMPLETO:			
ING. LUIS CARLOS AVILA SALAZAR				MSS, Mat. 99024980			
PUESTO:				PUESTO:			
NO. DE MATRÍCULA:				NO. DE MATRÍCULA:			
FECHA 11/07/25				FECHA 11-07-25			
REALIZÓ EL SERVICIO				JEFE DE CONSERVACIÓN			
USUARIO Y/O RESPONSABLE				JEFE DE BIOMÉDICA			