

72003846

CONS-567

FECHA: 01-10-25	NO. REPORTE: N/A	NO. DE INGRESO: N/A	NO. BITACORA:
INFORMACIÓN DEL CLIENTE		INFORMACIÓN DEL SERVICIO	
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA		MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 2	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1		CORRECTIVO: ☐ PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO: ☐		GARANTÍA DE SERVICIO ☐ GARANTÍA DE VENTA ☐ REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐	
TEL: 6646270963		ASESORÍA: ☐ DIAGNÓSTICO ☐	
CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019-00 COTIZACIÓN: N/A		CAPACITACIÓN: ☐	
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANÁ 3ERA ETAPA, C.P. 22226, TIJUANÁ, BAJA CALIFORNIA.		SUMINISTROS DE: ☐ LUGAR DE SERVICIO: ☒	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMÍREZ GONZÁLEZ CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN		REFACCIONES: ☐ EN SITIO: ☐	
REPORTO FALLA: N/A FALLA REPORTADA: N/A		ACCESORIOS: ☐ EMPRESA: ☐	
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI: ☐ NO: ☒		ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A	
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A			
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
EQUIPO: DESFIBRILADOR	MARCA: NIHON KOHDEN	MODELO: CARDIOLIFE TEC-5631	NO. SERIE: 3080
NO. INVENTARIO: 20200005231	SOFTWARE: 05-16	UBICACIÓN FÍSICA: Sala de choque	
HORAS DE USO EQUIPO: NA	OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: O MEXICANO	TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Adulto	
HORAS DE USO TURBINA: NA	EQUIPO COMPLEMENTARIO		
EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	NO. DE SERIE:
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA GENERAL, VERIFICACIÓN DE COMPONENTES EXTERNOS E INTERNOS, VERIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DE PALETAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS DE ENERGÍA DE CARGA Y DESCARGA, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, SERVICIO BASADO EN RUTINA DE MANTENIMIENTO ANEXA.			
H.G.R. No. 1			
ID/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-17, 5410702; PA-19, 00140			
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.			
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.		SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NÚMERO:	
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:		Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1	
FUNCIONANDO AL 100% ☒			
FUERA DE SERVICIO ☐			
NO SE REALIZA SERVICIO ☐			
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):			
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
Rafael SC	EJP. René Ovalles Plata Mat. 99025137	Carlos Oswaldo Ramírez González	
01-10-25	NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:
Ing. Rafael Sánchez Cordero			
	PUESTO:	PUESTO:	PUESTO:
	NO. DE MATRICULA:	NO. DE MATRICULA:	NO. DE MATRICULA:
	FECHA	FECHA	FECHA
REALIZÓ EL SERVICIO	USUARIO Y/O RESPONSABLE	JEFE DE CONSERVACIÓN	JEFE DE BIOMÉDICA

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"