

72003854

CONS: 1198

FECHA: 03/10/25	NO. REPORTE N/A	NO. DE INGRESO N/A	NO. BITACORA
INFORMACIÓN DEL CLIENTE		INFORMACIÓN DEL SERVICIO	
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA		MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 2	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1		CORRECTIVO:	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO: ☐		☐ PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐ ☐ REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐ ☐ DIAGNÓSTICO ☐	
TEL: 6646270963	CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019- COTIZACIÓN: N/A	ASESORÍA: ☐ CAPACITACIÓN: ☐	
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.		SUMINISTROS DE:	LUGAR DE SERVICIO:
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ		REFACCIONES:	EN SITIO: ☒
CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN		ACCESORIOS:	EMPRESA: ☐
REPORTO FALLA: N/A		ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A	
FALLA REPORTADA: N/A			
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI: ☐ NO: ☒			
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A			
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
EQUIPO: DESFIBRILADOR	MARCA: NIHON KOHDEN	MODELO: TEC-5631	NO. SERIE: 08899
NO. INVENTARIO:	SOFTWARE: 05-13	UBICACIÓN FÍSICA: Onco	
HORAS DE USO EQUIPO: NA	OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA	TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Pediatrico	
HORAS DE USO TURBINA: NA			
EQUIPO COMPLEMENTARIO			
EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	NO. DE SERIE:
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA GENERAL, VERIFICACIÓN DE COMPONENTES EXTERNOS E INTERNOS, VERIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DE PALETAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS DE ENERGÍA DE CARGA Y DESCARGA, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, SERVICIO BASADO EN RUTINA DE MANTENIMIENTO ANEXA.			
ID/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-1A, 00140			
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.			
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.		SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NÚMERO:	
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:		Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No	
FUNCIONANDO AL 100% ☒ FUERA DE SERVICIO ☐ NO SE REALIZA SERVICIO ☐			
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):		SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:	
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE
FIRMA:		FIRMA:	
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE COMPLETO: Norman Andres		NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez	
PUESTO: Caros Fimbres		PUESTO: Subjefe de Conservación	
NO. DE MATRICULA:		NO. DE MATRICULA:	
FECHA:		FECHA:	
REALIZÓ EL SERVICIO		JEFE DE CONSERVACIÓN	
USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE BIOMÉDICA	

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"