

72003857

CONS: 1199

FECHA		NO. REPORTE N/A		NO. DE INGRESO N/A		NO. BITÁCORA	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE						INFORMACIÓN DEL SERVICIO	
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 1						MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 2	CORRECTIVO:
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO:						GARANTÍA DE SERVICIO ☐	PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐
TEL: 6646270963						GARANTÍA DE VENTA ☐	REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐
CONTRATO NO. 050GYR018N09125-019- COTIZACIÓN: N/A						ASESORÍA: ☐	DIAGNÓSTICO ☐
						CAPACITACIÓN: ☐	
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIGUANA 3ERA ETAPA , C.P. 22226. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.						SUMINISTROS DE: REFACCIONES:	LUGAR DE SERVICIO: ☐ EN SITIO: ☐ ☐ EMPRESA: ☐
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN						ACCESORIOS:	
REPORTÓ FALLA: N/A FALLA REPORTADA: N/A							
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI: ☐ NO: ☒						ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A	
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: DESFIBRILADOR		MARCA: NIHON KOHDEN		MODELO: TEC-5631		NO. SERIE: 3464	
NO. INVENTARIO:		SOFTWARE: 03-13		UBICACIÓN FÍSICA: UC1			
HORAS DE USO EQUIPO: NA		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Activo			
HORAS DE USO TURBINA: NA							
EQUIPO COMPLEMENTARIO							
EQUIPO:		MARCA:		MODELO:		NO. DE SERIE:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA GENERAL, VERIFICACIÓN DE COMPONENTES EXTERNOS E INTERNOS, VERIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DE PALETAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS DE ENERGÍA DE CARGA Y DESCARGA, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, SERVICIO BASADO EN RUTINA DE MANTENIMIENTO ANEXA.							
ID/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-17, 541070Z; PA-19, 00740							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.						SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NÚMERO:	
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:						Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1	
FUNCIONANDO AL 100%						☒	
FUERA DE SERVICIO						☐	
NO SE REALIZA SERVICIO						☐	
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):						SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:	
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE				
FIRMA:	FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		
Rafael SC	EJP. Cecylia Ines 1035 Orduño López Mat. 99022217		Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez Subjefe de Conservación				
01-10-25	NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:		
	PUESTO:		PUESTO:		PUESTO:		
NOMBRE COMPLETO:	NO. DE MATRICULA:		NO. DE MATRICULA:		NO. DE MATRICULA:		
Ing. Rafael Sanchez Cordova	FECHA		FECHA		FECHA		
REALIZÓ EL SERVICIO	USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE CONSERVACIÓN		JEFE DE BIOMÉDICA		