

72003859

CONS: 1701

FECHA 03/10/2025		NO. REPORTE N/A		NO. DE INGRESO N/A		NO. BITÁCORA	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 2		CORRECTIVO:	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1				GARANTÍA DE SERVICIO		PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO:				GARANTÍA DE VENTA		REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐	
TEL: 6646270963		CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019-00		COTIZACIÓN: N/A		ASESORÍA: ☐ DIAGNÓSTICO ☐	
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				SUMINISTROS DE:		LUGAR DE SERVICIO:	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ				REFACCIONES:		EN SITIO: ☒	
REPORTÓ FALLA: N/A				ACCESORIOS:		EMPRESA: ☐	
FALLA REPORTADA: N/A							
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE:		SI: ☐		NO: ☒		ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A	
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: DESFIBRILADOR		MARCA: NIMON KOHDEN		MODELO: TEC-5631		NO. SERIE: 3466	
NO. INVENTARIO: 202180008887		SOFTWARE: 05-17		UBICACIÓN FÍSICA: Hospitalización			
HORAS DE USO EQUIPO: NA		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Adulto			
HORAS DE USO TURBINA: NA							
EQUIPO COMPLEMENTARIO							
EQUIPO:		MARCA:		MODELO:		NO. DE SERIE:	
				03 OCT 2025			
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA GENERAL, VERIFICACIÓN DE COMPONENTES EXTERNOS E INTERNOS, VERIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DE PALETAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS DE ENERGÍA DE CARGA Y DESCARGA, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, SERVICIO BASADO EN RUTINA DE MANTENIMIENTO ANEXA.							
HGR No. 1							
ID/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-19,00140							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NÚMERO:			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:				Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1			
FUNCIONANDO AL 100%				X			
FUERA DE SERVICIO							
NO SE REALIZA SERVICIO							
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):				SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:			
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE				
FIRMA:				FIRMA:			
Firma: 03/10/2025				Firma: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez			
NOMBRE COMPLETO:				NOMBRE COMPLETO:			
PUESTO:				PUESTO:			
NO. DE MATRÍCULA:				NO. DE MATRÍCULA:			
FECHA				FECHA			
REALIZÓ EL SERVICIO				JEFE DE CONSERVACIÓN			
USUARIO Y/O RESPONSABLE				JEFE DE BIOMÉDICA			