GRUPO SIM

ORDEN DE SERVICIO

72003889

CONS: 2311

FECHA	NO. REPORTE	NO. DE INGRESO	NO. BITACORA
02/10/2025	N/A	N/A	

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

HOSPITAL (Nombre completo **sin abreviaturas**): DELEGACION BAJA CALIFORNIA
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1

DEPENDENCIA: IMSS ■ SSA ○ PRIVADO ○ OTRO:

TEL: 6646270963

CONTRATO NO. 650GYR019H09125-019-00 COTIZACIÓN: N/A

DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 18801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA , C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.

ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN

REPORTÓ FALLA: N/A FALLA REPORTADA: N/A

EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI: ○ NO: ■

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 2
GARANTÍA DE SERVICIO ○
GARANTÍA DE VENTA ○
ASESORÍA: ○
CAPACITACIÓN: ○

CORRECTIVO:
PREDICTIVO ○ USUARIO ○
REFACCIÓN ○ SERVICIO ○
DIAGNÓSTICO ○

SUMINISTROS DE:
REFACCIONES: ○
ACCESORIOS: ○

LUGAR DE SERVICIO:
EN SITIO: ■
EMPRESA: ○

ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A

ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A

DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	NO. SERIE:
VENTILADOR VOLUMETRICO	VYAIRE MEDICAL	T-BIRD VELA DIAMOND	CAT07081

NO. INVENTARIO: INSABI 4781000.33617
HORAS DE USO EQUIPO: 18,407
HORAS DE USO TURBINA: 18,407

SOFTWARE: 03.02.01
OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA

UBICACIÓN FÍSICA: Inhaloterapia
TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Adulto

EQUIPO COMPLEMENTARIO

EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	NO. DE SERIE:	NO. DE INVENTARIO:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTIO EN: INSPECCION FISICA Y FUNCIONAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO Y VÁLVULAS ELECTRONEUMÁTICAS, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MEZCLADOR DE OXIGENO, PRUEBA, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TRANSDUCTORES INTERNOS, CALIBRACIÓN DE PANTALLA TÁCTIL, PRUEBAS DE OVP, UVT Y SERVICIO. PRUEBAS DE BATERIA DE RESPALDO. SE REALIZO LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. SERVICIO BASADO EN RUTINA DE MANTENIMIENTO ANEXA.

IDNUMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-10, BB101932

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NÚMERO:

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No 1

CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:		
	FUNCIONANDO AL 100%	X
	FUERA DE SERVICIO	
	NO SE REALIZA SERVICIO	

REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):

CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE
1	11416	kit de mantenimiento preventivo	NA

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

REALIZÓ EL SERVICIO	USUARIO Y/O RESPONSABLE	JEFE DE CONSERVACIÓN	JEFE DE BIOMÉDICA
FIRMA:	FIRMA: M. Alfonso Macias Fernandez, Inhaloterapeuta, IMSS	FIRMA: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez, Subjefe de Conservación, H.G.R. No. 1	FIRMA:
02/10/2025			
NOMBRE COMPLETO: Ingrokio Matsumiya Matsumiya	NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:
	PUESTO:	PUESTO:	PUESTO:
	NO. DE MATRICULA:	NO. DE MATRICULA:	NO. DE MATRICULA:
	FECHA	FECHA	FECHA

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"