

72003891

CONS: 2310

FECHA: 02/10/25	NO. REPORTE N/A	NO. DE INGRESO N/A	NO. BITACORA
INFORMACIÓN DEL CLIENTE		INFORMACIÓN DEL SERVICIO	
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA		MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 2	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1		CORRECTIVO: ☐ USUARIO ☐	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO:		GARANTÍA DE SERVICIO ☐ PREDICTIVO ☐ SERVICIO ☐	
TEL: 6646270963		GARANTÍA DE VENTA ☐ REFACCIÓN ☐	
CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019- COTIZACIÓN: N/A		ASESORÍA: ☐ DIAGNÓSTICO ☐	
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.		SUMINISTROS DE: ☐	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ		REFACCIONES: ☐ EN SITIO: ☒	
CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN		ACCESORIOS: ☐ EMPRESA: ☐	
REPORTO FALLA: N/A		FALLA REPORTADA: N/A	
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI: ☐ NO: ☒		ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A	
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A			
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO	MARCA: VYAIR MEDICAL	MODELO: T-BIRD VELA DIAMOND	NO. SERIE: CAT07813
NO. INVENTARIO: 202100033619	SOFTWARE: 03.02.01	UBICACIÓN FÍSICA: Inhaloterapia	
HORAS DE USO EQUIPO: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA	TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: ADULTO	
EQUIPO COMPLEMENTARIO			
EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	NO. DE SERIE:
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN LA INSPECCIÓN FÍSICA Y FUNCIONAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO Y VÁLVULAS ELECTRONEUMÁTICAS, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MANTENIMIENTO DE COMPONENTES, PRUEBAS DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TRANSDUCTORES INTERNOS, CALIBRACIÓN DE PANTALLA TÁCTIL, PRUEBAS DE OVP, UVT Y SERVICIO. PRUEBAS DE BATERÍA DE RESPALDO. SE REALIZA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. SERVICIO BASADO EN RUTINA DE MANTENIMIENTO ANEXA.			
HGR No. 1			
ID/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-10, BB101932			
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.			
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.		SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NÚMERO:	
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:		Clave Presupuestal 0205 0214 2902	
FUNCIONANDO AL 100% ☒			
FUERA DE SERVICIO ☐			
NO SE REALIZA SERVICIO ☐			
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):		SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:	
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE
1	11416	Kit de Mantenimiento Preventivo	NA
FIRMA:		FIRMA:	
M. Alfonso Martínez Hernández		Carlos Oswaldo Ramírez González	
Inhaloterapeuta		Subjefe de Conservación	
Mat. 99279671		H.G.R. No. 1	
NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:	
PUESTO:		PUESTO:	
NO. DE MATRÍCULA:		NO. DE MATRÍCULA:	
FECHA		FECHA	
REALIZÓ EL SERVICIO		JEFE DE CONSERVACIÓN	
USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE BIOMÉDICA	