

e-mail: servicio@fehlmex.mx
garantiaspm@fehlmex.mx

No. DE SOLICITUD:

CLIENTE:	HGR 1 Tijuana		Baja California	
DIRECCIÓN:	Calle Canadá, No.16801 Colonia Río Tijuana 3era etapa C.P.22226, Municipio Tijuana, Baja California		EQUIPO:	Lampara quirúrgica doble de led.
MODELO:	FEHLED 370/370	SERIE:	MB-22651	FECHA: 12-05-25
RESPONSABLE:	Ing. Javier Zamora Villalobos		DEPARTAMENTO:	TELEFONO
				E-MAIL:

SALIDA:

FALLA REPORTADA:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:		
☒	LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN EN GENERAL INTERNA Y EXTERNA	☐ LIMPIEZA DE REFLECTORES
☒	REVISIÓN DE SECCIÓN DE LEDS	☒ REVISIÓN Y AJUSTE DEL SISTEMA DE ANCLAJE
☒	REVISIÓN Y AJUSTE DEL CONTROL DE INTENSIDAD	☒ AJUSTE Y CENTRADO DE HAZ DE LUZ
☒	REVISIÓN DE FUENTES DE VOLTAJE	☒ REVISIÓN DE MANGOS ESTERILIZABLES
☒	REVISIÓN DE INTEGRIDAD FÍSICA Y FUNCIONAL DE CABLES	☒ LIMPIEZA Y ENGRASADO DE PIEZAS MÓVILES
☒	LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA Y REVISIÓN DE SALIDA DE VOLTAJE	☒ PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
☒	VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL	

[illegible]

CONCLUSIÓN: Equipo queda funcionando correctamente

OBSERVACIONES:

David R. Pires L. 

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

AV. INDUSTRIA 244-A COL. MOCTEZUMA 2a SECC. C.P. 15530 MÉXICO CDMX

ORIGINAL