

ORDEN DE SERVICIO

e-mail: servicio@fehlmemex.mx T-4
garantiaspm@fehlmemex.mx

No. DE SOLICITUD:

CLIENTE:	HGR 1 Tijuana	Baja California
DIRECCIÓN:	Calle Canadá, No.16801 Colonia Río Tijuana 3era etapa C.P.22226, Municipio Tijuana, Baja California	EQUIPO: Lampara quirúrgica doble de led.
MODELO:	FEHLED 370/370	SERIE: MB-22655
RESPONSABLE:	Ing. Javier Zamora Villalobos	DEPARTAMENTO:
		FECHA:
		TELEFONO
		E-MAIL:

PREVENTIVO	X
PEM:	
GARANTIA:	
CAPACITACION:	
REVISION:	
CORRECTIVO:	
HORAS DE SERVICIO:	
ENTRADA:	
SALIDA:	

FALLA REPORTADA:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
FALLA ENCONTRADA:	

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:	REFACCIONES UTILIZADAS:
☒ LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN EN GENERAL INTERNA Y EXTERNA ☒ REVISIÓN DE SECCIÓN DE LEDS ☒ REVISIÓN Y AJUSTE DEL CONTROL DE INTENSIDAD ☒ REVISIÓN DE FUENTES DE VOLTAJE ☒ REVISIÓN DE INTEGRIDAD FÍSICA Y FUNCIONAL DE CABLES ☒ LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA Y REVISIÓN DE SALIDA DE VOLTAJE ☒ VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL	CANTIDAD: DESCRIPCIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 13 MAY 2025 CONSERVACIÓN HGR No. 1

CONCLUSIÓN:	Queda equipo funcionando correctamente.
OBSERVACIONES:	

David R. Pico López NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO	Mo. BO. USUARIO NOMBRE Y FIRMA DE CONFIRMACIÓN DEL CLIENTE
---	---