

ORDEN DE SERVICIO

e-mail: servicio@fehlmex.mx
garantiaspm@fehlmex.mx

T-4

No. DE SOLICITUD:

HGR 1 Tijuana

Baja California

DIRECCIÓN: Calle Canadá, No.16801 Colonia Rio Tijuana 3era etapa
C.P.22226, Municipio Tijuana, Baja California

MODELO: FEHLED 370/370

SERIE: MB-22657

RESPONSABLE: Ing. Javier Zamora Villalobos

DEPARTAMENTO: Conservación

EQUIPO: Lampara quirúrgica doble de led.

FECHA:

TELEFONO

E-MAIL:

FALLA REPORTADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

- ☒ LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN EN GENERAL INTERNA Y EXTERNA
- ☒ LIMPIEZA DE REFLECTORES
- ☒ REVISIÓN DE SECCIÓN DE LEDS
- ☒ REVISIÓN Y AJUSTE DEL SISTEMA DE ANCLAJE
- ☒ REVISIÓN Y AJUSTE DEL CONTROL DE INTENSIDAD
- ☒ AJUSTE Y CENTRADO DE HAZ DE LUZ
- ☒ REVISIÓN DE FUENTES DE VOLTAJE
- ☒ REVISIÓN DE MANGOS ESTERILIZABLES
- ☒ REVISIÓN DE INTEGRIDAD FÍSICA Y FUNCIONAL DE CABLES
- ☒ LIMPIEZA Y ENGRASADO DE PIEZAS MÓVILES
- ☒ LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA Y REVISIÓN DE SALIDA DE VOLTAJE
- ☒ PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
- ☒ VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL

CONCLUSIÓN:

Equipo queda funcionando correctamente.

OBSERVACIONES:

David R. Pérez h.

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

Dr. Carlos Verdugo F.

Med. Cir. 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025

AV. INDUSTRIA 244-A COL. MOCTEZUMA 2a SECC. C. P. 64000 MEXICO D.F. CDMX

