



Innovación y servicio en equipos médicos

SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.

REPORTE DE REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EQUIPOS DE MASTOGRAFIA Y RAYOS X

REVISION DE PARAMETROS SEGÚN NORMAS VIGENTES

FECHA: 16 DE JULIO 2025

IMSS DELEGACIÓN E
BAJA CALIFORNIA

UNIDAD: Unidad de Detección y Diagnostico Clínica de Mama

COMPAÑÍA: SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO S.A DE C.V

ORDEN DE SERVICIO: 85278

TIPO DE SERVICIO: PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SALA: MASTOGRAFIA
IMSS
UDDCM
CLINICA DE MAMA
TIJUANA, B.C.

TIPO:

MASTOGRAFO



RAYOS X



EQUIPO : MASTOGRAFO

MARCA: HOLOGIC

MODELO: SELENIA DIMENSIONS AVIA 2D 3000

NUM. SER: SDM131800599

VERIFICACION DE PARAMETROS

A) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL KVP EN EL RANGO DE 22 KVP A 49 EN PASOS DE UNO EN UNO KVP.



B) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE MAS PARA DIFERENTES PUESTOS DE TRABAJO



C) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS TIEMPOS DE EXPOSICIÓN



D) REVISIÓN A JUSTE DEL TAMAÑO DEL CAMPO DE INTERÉS CON EL CAMPO DE RADIACIÓN DEL TAL MANERA QUE LA SUMA DE DIFERENCIA EN CADA EJECUCIÓN SEA MAYOR AL 2% DFI, Y QUE LA SUMA TOTAL DE DIFERENCIA NO SEA MAYOR AL 3% DFI.



E) REVISION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS FILTROS DEL SISTEMA



F) CONCLUSION: EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO EN ÓPTIMAS CONDICIONES



Dr. Jesús Roberto Gastélum Acosta



DIRECTOR

UDDCM - CLÍNICA DE MAMA

Céd. Prof. 7535327 Mat. 99266582

NOMBRE Y FIRMA
JEFE DE AREA

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

NOMBRE Y FIRMA
TECNICO RESPONSABLE

ING ALEJANDRO NAVARRO GALVEZ
ING DE SMH

Clave Presupuestal
0205 02 01 2902
H.G.R. No.1

№ 85278

innovación y servicio en equipos médicos

Q50G YR019 N09125-022-00

CLIENTE	Unidad de Deteccion y Diagnostico Clinica de Manzanilla	INGENIERO	74 NOS
DIRECCION	Carretera 16801, Rio Tijuana 3A	INGENIERO	
	Tijuana, Baja California	INGENIERO	
TELEFONO		INGENIERO	
FAX			

Año 20 3000		HORARIO DE TRABAJO		SUBTOTAL		FECHA
TRABAJO REALIZADO	Primer Mes de Inimienta Parental	MAÑANA	TARDE	TRABAJO	VIAJE	

		MANANA		TARDE		HORAS	HORAS	
E	S	E	S					
L								
M			11:00 19:00	8	0	15/07/19		
M			9:00 11:00	2	1	16/07/19		
J								
V								
S								
TOTAL				10	1	2		

El equipo queda operativamente apto, para realizar el trabajo para lo que fue diseñado al 100%

MISS DELEGACIÓN EL BAJA CALIFORNIA.

BOLETOS DE AVION \$ _____

BOLETOS DE CAMION \$ _____

VIATICOS \$ _____

INSTITUTO MEXICANO

MATERIAL DE CONSUMO	DESCRIPCION	CATALOGO
 IMSS UDDCM CLINICA DE MAIA TIJUANA, B.C.	Clave Presupuestal 0205 0217 2902 H.G.R. No.1	 CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C.

OBSERVACIONES DEL CLIENTE _____

Alexandre Navarro Galvez Ing de Servicio SMN	Dr. Jesús Roberto Gastélum Acosta  DIRECTOR UDDCM - CLÍNICA DE MAMA Céd. Prof. 7535327 Mat. 99266582	Carlos Oswaldo Ramírez González  Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1 Mat. 99024980	DEPTO. DE MANTENIMIENTO
NOMBRE Y FIRMA DEL INGENIERO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FIRMA DEL RESPONSABLE	DEPTO. DE MANTENIMIENTO