

Fecha:

19-02-25

Folio:

ORDEN DE SERVICIO

Servicio realizado por:

Ing. Jynib Sanchez

Equipo: Luna de Galor

Marca: Alimacare

Tipo de servicio:

Modelo: Adventum

Instalación: Correctivo

No. Serie: APIA-1864

Condición de contrato:

Cliente:

Nombre y Dirección de la Unidad Médica

 IMSS HIGR No 1 Tijuana
 Carretera 16801, Rio Tijuana 30 Ejido Rio
 Tijuana Ser elupa 22226 Tijuana BC

Reporte de Falla

No agarra touch talk bascula

Hora de Inicio

10:40

Hora de Término

Total de Hrs: 1 hora

Trabajo Realizado

 Se realizaron distintas pruebas se detectó
 falla en tarjeta de control de plegado BCD
 se retiró 3738554

Refacciones y Accesorios Utilizados

Tarjeta de control desplegado BCD 3738820

 INSTITUTO MEXICANO
 DEL SEGURO SOCIAL

Observaciones y Comentarios

El equipo quedó funcionando para su uso


 CONSERVACIÓN
 HGR No. 1

Nombre / Firma / Matrícula / Cargo

Personal de Servicio

Usuario

Ingeniería Biomédica

Administración

 Carlos Oswaldo Ramírez González
 Subjefe de Conservación
 H.G.R. No. 1

IMSS Mar 09024980

Área de Sellos
