


MC72000885

CONS: 2321

FECHA 76/06/25		NO. REPORTE I25-0027		NO. DE INGRESO NA		NO. BITACORA	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. N/A		CORRECTIVO:	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1				GARANTÍA DE SERVICIO ☐		PREDICTIVO ☐	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO:				GARANTÍA DE VENTA ☐		REFACCIÓN ☒	
TEL: 6646270963		CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019-00		COTIZACIÓN: N/A		DIAGNÓSTICO ☐	
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				SUMINISTROS DE: REFACCIONES: ☐		LUGAR DE SERVICIO: EN SITIO: ☐	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ				CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN		ACCESORIOS: ☐	
REPORTO FALLA: ING. CARLOS RAMIREZ				FALLA REPORTADA: FALLA EN CELDA DE OXÍGENO Y TURBINAS PRESENTAN FUGA AL ENCENDERSE		EMPRESA: ☐	
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE:		SI: ☐		NO: ☒		ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: FALLA SENSOR DE O2	
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: REEMPLAZO DE CELDA DE O2							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: CELDA DE O2 DAÑADO							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO		MARCA: VYAIR MEDICAL		MODELO: T-BIRD VELA DIAMOND		NO. SERIE: CAT07243	
NO. INVENTARIO: 202100033627		SOFTWARE: 03.02.01		UBICACIÓN FÍSICA: INHALOTERAPIA			
HORAS DE USO EQUIPO: 14978		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: N/A		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: PEDIATRICO ADULTO			
HORAS DE USO TURBINA: 14978							
EQUIPO COMPLEMENTARIO							
EQUIPO:		MARCA:		MODELO:		NO. DE SERIE:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE CONSISTE EN LA INSPECCIÓN FÍSICA Y FUNCIONAL DEL EQUIPO. SE DIAGNOSTICA CELDA DE O2 DAÑADO POR LO CUAL SE PROCEDEN A REEMPLAZAR. SE REALIZAN PRUEBAS DE UVT, OVP Y ESTRES.							
ID/NÚMERO DE SERIE: EQUIPO DE MEDICIÓN PA-10, BB101932							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NÚMERO: 0205 0214 2902 H.G.R. No.1			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:		FUNCIONANDO AL 100%		X			
		FUERA DE SERVICIO					
		NO SE REALIZA SERVICIO					
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):				SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:			
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE				
1	PSR-11-75-KE4	CELDA DE O2	N/A				
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
Jonathan Bautista		M. Alfonso Martínez Fernández Inhaloterapeuta Mat. 99279671		Carlos Oswaldo Ramírez González Subjefe de Conservación			
NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:	
PUESTO:		PUESTO:		PUESTO:		PUESTO:	
NOMBRE COMPLETO: Jonathan Miguel Bautista García		NO. DE MATRÍCULA:		NO. DE MATRÍCULA:		NO. DE MATRÍCULA:	
FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
REALIZÓ EL SERVICIO		USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE CONSERVACIÓN		JEFE DE BIOMÉDICA	

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

SERIE: **CAT07243** ORDEN DE SERVICIO: MC72000885 CONS: 2321

ANTES 2



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1



DURANTE 1



INSTITUTO MEXICANO
 DEL SEGURO SOCIAL
RECIBIDO
 16 JUN 2025
 CONSERVACIÓN
 HGR No. 1



DESPUÉS 1

GRUPO SIM
 ETIQUETA DE GARANTIA
S N° 250840
 DATOS DE LA EMPRESA
 EMPRESA: SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.
 DOMICILIO: CALZADA DE TALPAN 479 COL. ALAMOS
 C.P. 03400 CIUDAD DE MEXICO
 TELEFONOS: 55 4433 2420 / 55 4195 5550
 No. CONTRATO: 050GYR019N09125-019-00 No. DE SERIE: CAT07243
 Nombre del Ingeniero: Ing. Jonathan Barrios Garcia
 Meses próximos a mantenimiento preventivo: Julio-2025
 Fecha de Servicio: 16/06/25 Tipo de Servicio: MC



CONSERVACIÓN
 H.G.R. No. 1
 TIJUANA, B.C.

Carlos Oswaldo Ramírez González
 Subjefe de Conservación
 H.G.R. No. 1
 IMSS Mat 29024980

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACION Y/O JEFE DE BIOMEDICA