



MC72000887

CONS: 2319

FECHA: 76/06/25		NO. REPORTE: 125-0029		NO. DE INGRESO: NA		NO. BITACORA	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO: N/A			
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1				CORRECTIVO: ☐ PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐			
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO: ☐				GARANTÍA DE SERVICIO ☐ REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐			
TEL: 6646270963				GARANTÍA DE VENTA ☐ DIAGNÓSTICO ☐			
CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019-00 COTIZACIÓN: NA				ASESORÍA: ☐ CAPACITACIÓN: ☐			
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA				SUMINISTROS DE: REFACCIONES: ☐		LUGAR DE SERVICIO: ☒ EN SITIO: ☐	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN				ACCESORIOS: ☐		EMPRESA: ☐	
REPORTO FALLA: ING. CARLOS RAMIREZ FALLA REPORTADA: FALLA EN CELDA DE OXIGENO Y TURBINAS PRESENTAN FUGA AL ENCENDERSE							
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI: ☐ NO: ☒		ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: ERROR CELDA DE O2					
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: REEMPLAZO DE CELDA DE O2, SOLENOIDE DE SEGURIDAD Y VALVULA DE 3 VIAS							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: CELDA DE O2, SOLENOIDE DE SEGURIDAD Y VALVULA DE 3 VIAS DAÑADOS							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO		MARCA: VYAIR MEDICAL		MODELO: T-BIRD VELA DIAMOND		NO. SERIE: CAT07188	
NO. INVENTARIO: 202100023620		SOFTWARE: 03.02.01		UBICACIÓN FÍSICA: INHALOTERAPIA			
HORAS DE USO EQUIPO: 17966		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: N/A		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: PEDIATRICO ADULTO			
HORAS DE USO TURBINA: 17966							
EQUIPO COMPLEMENTARIO							
EQUIPO:		MARCA:		MODELO:		NO. DE SERIE:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE CONSISTO EN LA INSPECCION FISICA Y FUNCIONAL DEL EQUIPO, SE DIAGNOSTICA CELDA DE O2, SOLENOIDE DE SEGURIDAD Y VALVULA DE 3 VIAS DAÑADOS POR LO CUAL SE PROCEDEN A REEMPLAZAR, SE REALIZAN PRUEBAS DE UVT, OVP Y ESTRES.							
ID/NUMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICION: PA-10, BB101932							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%, EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NÚMERO:			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:				Clave Presupuestal			
				0205 0214 2902			
				H.G.R. No.1			
FUNCIONANDO AL 100% ☒							
FUERA DE SERVICIO ☐							
NO SE REALIZA SERVICIO ☐							
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):							
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE		SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA: 		
1	PSR-11-75-XE4	CELDA DE O2	N/A				
1	2021-N	VALVULA DE TRES VIAS	N/A				
1	EV-3M-24	SOLENOIDE DE SEGURIDAD	N/A				
FIRMA:							
FIRMA: Jonathan Bautista		FIRMA: M. Alfonso Martínez Fernández		FIRMA: Carlos Oswaldo Ramírez González		FIRMA:	
NOMBRE COMPLETO: Jonathan Miguel Bautista García		NOMBRE COMPLETO: M. Alfonso Martínez Fernández		NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramírez González		NOMBRE COMPLETO:	
PUESTO: JEFE DE CONSERVACIÓN		PUESTO: JEFE DE CONSERVACIÓN		PUESTO: JEFE DE CONSERVACIÓN		PUESTO:	
NO. DE MATRICULA:		NO. DE MATRICULA:		NO. DE MATRICULA:		NO. DE MATRICULA:	
FECHA:		FECHA:		FECHA:		FECHA:	
REALIZÓ EL SERVICIO		USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE CONSERVACIÓN		JEFE DE BIOMÉDICA	

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

SERIE: CAT07188

ORDEN DE SERVICIO: MC72000887

CONS:

2319

ANTES 2



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1




DURANTE 1



INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

16 JUN 2025

CONSERVACIÓN
HGR No. 1



DESPUÉS 1



ETIQUETA DE GARANTIA
GRUPO SIM
S^N 266305

DATOS DE LA EMPRESA
EMPRESA: SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALZADA DE TLALPAN 479 COL. ALAMOS
C.P. 03406 CIUDAD DE MEXICO
TELÉFONOS: 55 4838 6125 / 55 8071 3270

No. CONTRATO: 050GYR019N09125-019-00 No. DE SERIE: CAT07188

E-MAIL: servicio@gruposim.com

NOMBRE DEL INGENIERO: Ing. Jonathan Bautista Garcia

FECHA DE PRÓXIMA VISITA DE MANTO: PREVENTIVO Julio - 2025

FECHA DE SERVICIO: 16/06/25 TIPO DE SERVICIO: MC

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
Tijuana, B.C.
SELLO UNIDAD MEDICA:

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACION Y/O JEFE DE BIOMEDICA