ORDEN DE SERVICIO

GRUPO SIM

CONS: 2324

MC72000893

FECHA 16/06/25	NO. REPORTE I25-0035	NO. DE INGRESO NA	NO. BITACORA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		INFORMACIÓN DEL SERVICIO		
HOSPITAL (Nombre completo **sin abreviaturas**): DELEGACION BAJA CALIFORNIA		MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. N/A	CORRECTIVO:	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1		GARANTÍA DE SERVICIO ○	PREDICTIVO ○	USUARIO ○
DEPENDENCIA: IMSS ● SSA ○ PRIVADO ○ OTRO:		GARANTÍA DE VENTA ○	REFACCIÓN ○	SERVICIO ○
TEL: 6646270963	CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019-00 COTIZACIÓN: NA	ASESORÍA: ○ CAPACITACIÓN: ○	DIAGNÓSTICO ○	

DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA , C.P. 22226. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.		SUMINISTROS DE: REFACCIONES: ○ ACCESORIOS: ○	LUGAR DE SERVICIO: EN SITIO: ● EMPRESA: ○
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ	CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN		
REPORTÓ FALLA: ING. CARLOS RAMÍREZ	FALLA REPORTADA: FALLA EN CELDA DE OXÍGENO Y TURBINAS PRESENTAN FUGA AL ENCENDERSE		

EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE:	SI: ○	NO: ●	ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: ERROR CELDA DE O2

ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: EN ESPERA DE REFACCIONES

DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: CELDA DE O2 DAÑADOS

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	NO. SERIE:
VENTILADOR VOLUMETRICO	VYAIRE MEDICAL	T-BIRD VELA DIAMOND	CAT07160

NO. INVENTARIO: 2021000336I8	SOFTWARE: 03.02.01	UBICACIÓN FÍSICA:
HORAS DE USO EQUIPO: 9144	OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: N/A	TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: PEDIATRICO ADULTO
HORAS DE USO TURBINA: 9144		

EQUIPO COMPLEMENTARIO

EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	NO. DE SERIE:	NO. DE INVENTARIO:

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO 16 JUN 2025

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE CONSISTIO EN LA INSPECCION FISICA Y FUNCIONAL DEL EQUIPO, SE DIAGNOSTICA CELDA DE O2 DAÑADO POR LO CUAL QUEDA EN ESPERA DE REFACCIONES.

ID/NUMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-10, BB101932

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NÚMERO:

Clave Presupuestal
0205 0214 2002
H.G.R. No.1

CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:		
	FUNCIONANDO AL 100%	
	FUERA DE SERVICIO	X
	NO SE REALIZA SERVICIO	

REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):

CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
Jonathan Bautista	M. Alfonso Martínez Fernández Inhaloterapeuta Mat. 99279671 IMSS	Carlos Oswaldo Ramírez González Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1 IMSS Mat. 99024980	
NOMBRE COMPLETO: Jonathan Miguel Bautista Garcia	NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:
	PUESTO:	PUESTO:	PUESTO:
	NO. DE MATRICULA:	NO. DE MATRICULA:	NO. DE MATRICULA:
	FECHA	FECHA	FECHA
REALIZÓ EL SERVICIO	USUARIO Y/O RESPONSABLE	JEFE DE CONSERVACIÓN	JEFE DE BIOMÉDICA

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"