


MC72000896

CONS: 2317

FECHA: 26/06/25		NO. REPORTE: I25-0038		NO. DE INGRESO: NA		NO. BITACORA:	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO.:		CORRECTIVO:	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1				N/A		PREDICTIVO: ☐ USUARIO ☐	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO:				GARANTÍA DE SERVICIO: ☐		REFACCIÓN: ☐ SERVICIO ☐	
TEL: 6646270963				GARANTÍA DE VENTA: ☐		DIAGNÓSTICO: ☐	
CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019-00				COTIZACIÓN: NA		ASESORÍA: ☐	
				CAPACITACIÓN: ☐			
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA JERA ETAPA, C.P. 22226. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				SUMINISTROS DE:		LUGAR DE SERVICIO:	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ				REFACCIONES: ☐		EN SITIO: ☒	
CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN				ACCESORIOS: ☐		EMPRESA: ☐	
REPORTO FALLA: ING. CARLOS RAMIREZ				FALLA REPORTADA: FALLA EN CELDA DE OXIGENO Y TURBINAS			
				PRESENTAN FUGA AL ENCENDERSE			
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE:		SI: ☐		NO: ☒		ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: ERROR CELDA DE O2	
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: EN ESPERA DE REFACCIONES							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: CELDA DE O2 DAÑADOS							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO		MARCA: VYAIR MEDICAL		MODELO: T-BIRD VELA DIAMOND		NO. SERIE: CAT07203	
NO. INVENTARIO: 702100033624		SOFTWARE: 03.02.01		UBICACIÓN FÍSICA: INHALOTERAPIA			
HORAS DE USO EQUIPO: 14885		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO:		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO:			
HORAS DE USO TURBINA: 14885		N/A		PEDIATRICO ADULTO			
EQUIPO COMPLEMENTARIO							
EQUIPO:		MARCA:		MODELO:		NO. DE SERIE:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE CONSISTE EN LA INSPECCION FISICA Y FUNCIONAL DEL EQUIPO. SE DIAGNOSTICA CELDA DE O2 DAÑADO POR LO CUAL QUEDA EN ESPERA DE REFACCIONES.							
16 JUN 2025							
ID/NUMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-10, BB101932							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NÚMERO:			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:				Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1			
FUNCIONANDO AL 100%							
FUERA DE SERVICIO				X			
NO SE REALIZA SERVICIO							
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):				SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:			
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE	 CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C.			
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
Jonathan Bautista		M. Alfonso Martínez Fernández Inhaloterapeuta Mat. 99279671		Carlos Oswaldo Ramírez González Subjeefe de Conservación			
NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:	
J. Bautista García		H.G.R. No. 1		H.G.R. No. 1			
PUESTO:		PUESTO:		PUESTO:		PUESTO:	
NO. DE MATRICULA:		NO. DE MATRICULA:		NO. DE MATRICULA:		NO. DE MATRICULA:	
FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
REALIZÓ EL SERVICIO		USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE CONSERVACIÓN		JEFE DE BIOMÉDICA	

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"