




MC72000899

CONS: 2057

FECHA: 16/06/25		NO. REPORTE: I25-0041		NO. DE INGRESO: NA		NO. BITACORA:	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO: N/A			
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1				CORRECTIVO: ☐ PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐			
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO: ☐				GARANTÍA DE SERVICIO ☐ REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐			
TEL: 6646270963				GARANTÍA DE VENTA ☐ DIAGNÓSTICO ☐			
CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019-00 COTIZACIÓN: NA				ASESORÍA: ☐ CAPACITACIÓN: ☐			
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				SUMINISTROS DE: ☐ REFACCIONES: ☐		LUGAR DE SERVICIO: ☒ EN SITIO: ☐	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN				ACCESORIOS: ☐		EMPRESA: ☐	
REPORTÓ FALLA: ING. CARLOS RAMIREZ FALLA REPORTADA: FALLA EN CELDA DE OXÍGENO							
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI: ☐		NO: ☒		ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: CONCENTRACION DE O2 BAJO.			
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: SE REEMPLAZA CELDA DE O2 DAÑADA.							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: SE DIAGNOSTICA CELDA DE O2 DAÑADA.							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO		MARCA: VYAIR MEDICAL		MODELO: BELLAVISTA 1000		NO. SERIE: MB203355	
NO. INVENTARIO: 202000006757		SOFTWARE: 6.0.2100.0		UBICACIÓN FÍSICA: INHALOTERAPIA			
HORAS DE USO EQUIPO: 9428.3h		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: N/A		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: NEONATAL, PEDIATRICO, ADULTO			
HORAS DE USO TURBINA: N/A							
EQUIPO COMPLEMENTARIO							
EQUIPO:		MARCA:		MODELO:		NO. DE SERIE:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA Y FUNCIONAL DEL EQUIPO. SE DIAGNOSTICA CELDA DE O2 DAÑADA, LA CUAL SE PROCEDE A REEMPLAZAR. SE REALIZAN PRUEBAS OVP Y DE ESTRES.							
ID/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-10-BB101932							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NÚMERO:			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:				Clave Presupuestal 0205 0214 2002 H.G.R. No.1			
FUNCIONANDO AL 100% ☒							
FUERA DE SERVICIO ☐							
NO SE REALIZA SERVICIO ☐							
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):				SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:			
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE	 CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C.			
1	PSR-11917-M	CELDA DE O2	NA				
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
							
NOMBRE COMPLETO: Norman Andres Larios Timbrez		NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez		NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez		NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez	
PUESTO: JEFE DE CONSERVACIÓN		PUESTO: JEFE DE CONSERVACIÓN		PUESTO: JEFE DE CONSERVACIÓN		PUESTO: JEFE DE CONSERVACIÓN	
NO. DE MATRÍCULA: IMSS Fidei Ernesto Mendi 99022418		NO. DE MATRÍCULA: IMSS Fidei Ernesto Mendi 99022418		NO. DE MATRÍCULA: IMSS Fidei Ernesto Mendi 99022418		NO. DE MATRÍCULA: IMSS Fidei Ernesto Mendi 99022418	
FECHA: 16/06/25		FECHA: 16/06/25		FECHA: 16/06/25		FECHA: 16/06/25	
REALIZÓ EL SERVICIO		USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE CONSERVACIÓN		JEFE DE BIOMÉDICA	

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

SERIE: **MB203355** ORDEN DE SERVICIO: **MC72000899** CONS: **2057**

ANTES 2



Clave Presupuestal
0205 0214 2002
H.G.R. No.1



DURANTE 1




INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

16 JUN 2025

CONSERVACIÓN
HGR No. 1



DESPUÉS 1



CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA B.C.

SELLO UNIDAD MÉDICA:

Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACION Y/O JEFE DE BIOMEDICA