





MC72000902

CONS-2040

FECHA 16/06/25		NO. REPORTE I25-0044		NO. DE INGRESO NA		NO. BITACORA	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. N/A			
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1				CORRECTIVO: ☐ PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐			
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO:				GARANTÍA DE SERVICIO ☐ REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐			
TEL: 6646270963				GARANTÍA DE VENTA ☐ DIAGNÓSTICO ☐			
CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019- COTIZACIÓN: 00				ASESORÍA: ☐ CAPACITACIÓN: ☐			
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				SUMINISTROS DE: REFACCIONES: ☐		LUGAR DE SERVICIO: EN SITIO: ☒	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN				ACCESORIOS: ☐		EMPRESA: ☐	
REPORTO FALLA: ING. CARLOS RAMIREZ FALLA REPORTADA: FALLA EN CELDA DE OXÍGENO				ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: CONCENTRACION DE O2 BAJO.			
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI: ☐							
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: SE REEMPLAZA CELDA DE O2 DAÑADA.							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: SE DIAGNÓSTICA CELDA DE O2 DAÑADA.							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO		MARCA: VYAIR MEDICAL		MODELO: BELLAVISTA 1000		NO. SERIE: MB204004	
NO. INVENTARIO: 202000006754		SOFTWARE: 6.0.2100.0		UBICACIÓN FÍSICA: UCI			
HORAS DE USO EQUIPO: 92563h		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: N/A		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: NEONATAL, PEDIATRICO, ADULTO			
HORAS DE USO TURBINA: N/A							
EQUIPO COMPLEMENTARIO							
EQUIPO:		MARCA:		MODELO:		NO. DE SERIE:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE CONSISTIO EN LA INSPECCIÓN FÍSICA Y FUNCIONAL DEL EQUIPO. SE DIAGNOSTICA CELDA DE O2 DAÑADA, LA CUAL SE PROCEDE A REEMPLAZAR. SE REALIZAN PRUEBAS OVP Y DE ESTRES.							
ID/NUMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-10, BB101932							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NÚMERO: 0205 0214 2902 H.G.R. No.1			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:				FUNCIONANDO AL 100% ☒ FUERA DE SERVICIO ☐ NO SE REALIZA SERVICIO ☐			
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):							
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE	SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIAL			
1	PSR-11917-M	CELDA DE O2	NA				
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
							
NOMBRE COMPLETO: Durman Andrés		NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez		NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez		NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez	
PUESTO: Jefe de Conservación		PUESTO: Jefe de Conservación		PUESTO: Jefe de Conservación		PUESTO: Jefe de Conservación	
NO. DE MATRICULA: 99022410		NO. DE MATRICULA: H.G.R. No. 1		NO. DE MATRICULA: H.G.R. No. 1		NO. DE MATRICULA: H.G.R. No. 1	
FECHA: 16/06/25		FECHA: 16/06/25		FECHA: 16/06/25		FECHA: 16/06/25	
REALIZÓ EL SERVICIO		USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE CONSERVACIÓN		JEFE DE BIOMÉDICA	

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

SERIE: MB204004

ORDEN DE SERVICIO: MC72000902

CONS:

2060

ANTES 2



Clave Presupuestal
0205 0214 2962
H.G.R. No.1



DURANTE 1




INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

16 JUN 2025

CONSERVACIÓN
HGR No. 1



DESPUÉS 1



GRUPO SIM ETIQUETA DE GARANTIA
S N° 266290

DATOS DE LA EMPRESA
EMPRESA: SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALZADA DE TLALPAN 479 COL. ALAMOS
C.P. 03400 CIUDAD DE MEXICO
TELEFONOS: 55 4838 6125 / 55 8071 3270

No. CONTRATO: 050GYR019N09125-019-00 No. DE SERIE: MB204004

E-MAIL: servicio@gruposim.com

NOMBRE DEL INGENIERO: Ing. Norman Larios

MES DE PROXIMA VISITA DE MANTO PREVENTIVO: Julio 25

FECHA DE SERVICIO: 16/06/25 TIPO DE SERVICIO: MC

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.
SELLO UNIDAD MÉDICA:

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 91024930

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACION Y/O JEFE DE BIOMEDICA