

MC72000964


CONF. 2057

FECHA: 20-08-25		NO. REPORTE: 125-0520		NO. DE INGRESO		NO. BITACORA: 83278	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO:		CORRECTIVO:	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1				N/A		PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO:				GARANTÍA DE SERVICIO ☐		REFACCIÓN ☒ SERVICIO ☐	
TEL: 6646270963				GARANTÍA DE VENTA ☐		DIAGNÓSTICO ☐	
CONTRATO NO. 050GYRQ19N09125-019- COTIZACIÓN:				ASESORÍA: ☐			
90				CAPACITACIÓN: ☐			
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				SUMINISTROS DE:		LUGAR DE SERVICIO:	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ				REFACCIONES:		☐ EN SITIO: ☒	
CARGO: JEFE DE CONSERVACIÓN				ACCESORIOS:		☐ EMPRESA: ☐	
REPORTÓ FALLA: ING. LUIS CARLOS AVILA SALAZAR				FALLA REPORTADA: EQUIPO NO CICLA BIEN			
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE:		SI: ☐		NO: ☒		ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: EQUIPO NO CICLA BIEN	
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: REEMPLAZO DE VALVULA DE EXHALACION.							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: VALVULA DE EXHALACION DAÑADA.							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: VENTILADOR NEONATAL PEDIATRICO ADULTO		MARCA: VYAIRE MEDICAL		MODELO: BELLAVISTA 1000		NO. SERIE: MB203355	
NO. INVENTARIO: 202000006759		SOFTWARE: 6.0.2100.0		UBICACIÓN FÍSICA: UCI			
HORAS DE USO EQUIPO: 17351		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO:		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO:			
HORAS DE USO TURBINA: 10461		N/A		NEONATAL PEDIATRICO ADULTO			
EQUIPO COMPLEMENTARIO							
EQUIPO:		MARCA:		MODELO:		NO. DE SERIE:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE CONSISTIO EN LA INSPECCION FISICA Y FUNCIONAL DEL EQUIPO. SE DIAGNOSTICA VALVULA DE EXHALACION DAÑADA, LA CUAL SE PROCEDE A REEMPLAZAR. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO OVP Y DE SERVICIO. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL. SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA APOYA CON EL REEMPLAZO DE LA VALVULA DE EXHALACION, YA QUE BRINDANDO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE DETECTO EQUIPO FUERA DE SERVICIO POR DICHA REFACCION. LA EMPRESA ABSORVERA EL COSTO DE ESTA REFACCION POR UNICA OCASION, YA QUE ESTA ES UNA REFACCION DE ALTO COSTO, SI SE LLEGASE A DETECTAR EL MAL USO DEL EQUIPO, SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA NO SE HARA RESPONSABLE DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL MAL USO DEL EQUIPO Y ESTAS SE COTIZARAN A LA INSTITUCION. IDIOME: ☐ ESPAÑOL ☐ INGLÉS ☐ FRANCÉS							
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA Y CUIDADO: Los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente lavados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal							
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:							
PERMANECIENDO AL 100% ☒ X							
FUERA DE SERVICIO ☐							
NO SE REALIZA SERVICIO ☐							
SELO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NUMERO:							
Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1							
SELO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:							
CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C.							
FIRMA:							
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
LUIS CARLOS AVILA SALAZAR		CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ		JEFE DE CONSERVACIÓN		JEFE DE BIOMEDICA	
20-08-25		20/08/20		H.G.R. No. 1		TIJUANA, B.C.	
NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:	
LUIS CARLOS AVILA SALAZAR		NORTHON DEL CARLOS		JEFE DE CONSERVACIÓN		JEFE DE BIOMEDICA	
NO. DE MATRICULA:		NO. DE MATRICULA:		NO. DE MATRICULA:		NO. DE MATRICULA:	
JEFE DE CONSERVACIÓN		JEFE DE CONSERVACIÓN		JEFE DE CONSERVACIÓN		JEFE DE CONSERVACIÓN	
FECHA:		FECHA:		FECHA:		FECHA:	
20-08-25		20-08-25		20-08-25		20-08-25	
USUARIO Y/O RESPONSABLE		USUARIO Y/O RESPONSABLE		USUARIO Y/O RESPONSABLE		USUARIO Y/O RESPONSABLE	
JEFE DE CONSERVACIÓN		JEFE DE CONSERVACIÓN		JEFE DE CONSERVACIÓN		JEFE DE CONSERVACIÓN	
JEFE DE BIOMEDICA		JEFE DE BIOMEDICA		JEFE DE BIOMEDICA		JEFE DE BIOMEDICA	

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

SERIE: **MB203355** ORDEN DE SERVICIO: MC72000964 CONS: **2057**


ANTES 2





 CONSERVACIÓN

 DURANTE 1

 H.G.R. No. 1
 



DESPUÉS 1



CONSERVACIÓN

 H.G.R. No. 1

 SEDE UNIDAD MEDICA

 TIJUANA, B.C.

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACION Y/O JEFE DE BIOMEDICA

20-08-25