




ORDEN DE SERVICIO

MC72001106

CONS: 2316

FECHA: 05/02/26		NO. REPORTE I26-0100		NO. DE INGRESO		NO. BITACORA	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. N/A		CORRECTIVO: ☐ USUARIO ☐	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1				GARANTÍA DE SERVICIO ☐		PREDICTIVO ☐ SERVICIO ☐	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO:				GARANTÍA DE VENTA ☐		REFACCIÓN ☐	
TEL: 6646270963		CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019-00		COTIZACIÓN:		DIAGNÓSTICO ☐	
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				SUMINISTROS DE: ☐		LUGAR DE SERVICIO: ☒ EN SITIO: ☐	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ				CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN		ACCESORIOS: ☐ EMPRESA: ☐	
REPORTÓ FALLA: NADIA LOZOYA				FALLA REPORTADA: FALLA CELDA DE OXIGENO			
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE:		SI: ☐ NO: ☒		ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: NINGUNA			
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: SE PROCEDE A CALIBRAR CELDA DE O2							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: SE DIAGNOSTICA CELDA DE O2 DESCALIBRADA							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO		MARCA: VYAIR MEDICAL		MODELO: T-BIRD VELA DIAMOND		NO. SERIE: CAT07189	
NO. INVENTARIO:		SOFTWARE: 03.02.01		UBICACIÓN FÍSICA: Inhaloterapia			
HORAS DE USO EQUIPO: 14748		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Adulto			
HORAS DE USO TURBINA: 14611							
EQUIPO COMPLEMENTARIO							
EQUIPO:		MARCA:		MODELO:		NO. DE SERIE:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA Y FUNCIONAL DE COMPONENTES, INTERNS, EN LA CELDA DE O2 DESCALIBRADA POR LO CUAL SE PROCEDE A CALIBRAR. SE REALIZAN PRUEBAS VIT-Y DE FUNCIONAMIENTO.							
ID/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-10, BB101932							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NÚMERO:			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:				Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1			
FUNCIONANDO AL 100% ☒							
FUERA DE SERVICIO ☐							
NO SE REALIZA SERVICIO ☐							
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):							
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE	SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:			
							
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
							
NOMBRE COMPLETO: Norman Andres		NOMBRE COMPLETO: Sergio Flores Guerrero		NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez		NOMBRE COMPLETO: Subjefe de Conservación	
Luis Fumbres		Mat. 99026473		Mat. 99024980		Mat. 99024980	
PUESTO:		PUESTO:		PUESTO:		PUESTO:	
NO. DE MATRÍCULA:		NO. DE MATRÍCULA:		NO. DE MATRÍCULA:		NO. DE MATRÍCULA:	
FECHA:		FECHA:		FECHA:		FECHA:	
REALIZÓ EL SERVICIO		USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE CONSERVACIÓN		JEFE DE BIOMÉDICA	

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"