


 MARO HEALTH SOLUCIONES PRACTICAS PARA LA SALUD		Fecha: 6 Mayo - 2025	Folio: MH25-330
ORDEN DE SERVICIO			
Servicio realizado por: Ing. Fernanda Diego		Equipo: Incubadora para recién nacido	
Tipo de servicio: Mantenimiento preventivo		Marca: Nucare	
		Modelo: NK-100M	
No. Serie: A17BD0063004			
Condicion de contrato: Garantía		Cliente: IMSS	
<i>Nombre y Dirección de la Unidad Médica</i>			
HGR 1 Tijuana Calle Canadá, No.16801 Colonia Rio Tijuana 3era etapa C.P.22226, Municipio Tijuana, Baja California			
<i>Reporte de Falla</i>			
Mantenimiento preventivo			
Hora de inicio: 11:30	Hora de término: 13:00	Total de horas:	hora 30min
<i>Trabajo Realizado</i>			
Se presenta personal de Maro Health a realizar mantenimiento preventivo a incubadora dual se revisa el equipo físicamente. Se realiza limpieza externa e interna se realizan pruebas de funcionamiento en sistema de humedad, calibración baseculas, cambio de agua y elevación			
<i>Refacciones y Accesorios Utilizados</i>			
1 Filtro aire			
<i>Observaciones y Comentarios</i>			
Funcionando correctamente el equipo			
<i>Nombre / Firma / Matricula / Cargo</i>		<i>Sello de unidad médica</i>	
Personal de Servicio Ing. Fernanda Diego	Área usuaria EJP. Cecylia Ines Orduño López Mat. 99022217	 08 MAY 2025 CONSERVACIÓN HGR No. 1	
Ingeniería Biomédica y/o conservación	Administración y/o dirección		
Carlos Oswaldo Ramírez González Subjefe de Conservación HGR No. 1 IMSS Mat 99124980			

