



 MARO HEALTH SOLUCIONES PRACTICAS PARA LA SALUD		Fecha: 6-May-2024	Folio: 33125-334
ORDEN DE SERVICIO			
Servicio realizado por:		Equipo: Incubadora para recién nacido	
Ing. Fernanda Diego		Marca: Nucaro	
Tipo de servicio: Mantenimiento preventivo		Modelo: NK-100M	
No. Serie: A17BD0063005			
Condición de contrato: Garantía		Cliente: IMSS	
Nombre y Dirección de la Unidad Médica			
HGR I Tijuana			
Calle Canadá, No.16801 Colonia Rio Tijuana Jera etapa C.P.22226, Municipio Tijuana, Baja California			
Reporte de Falla			
Mantenimiento preventivo			
Hora de Inicio:	15:00	Hora de término:	16:30
Total de horas:	1 hora 30 min		
Trabajo Realizado			
Se presento personal de Maro Health a realizar mantenimiento preventivo correspondiente al primer periodo se realizó revisión técnica y funcional del equipo en sistema de humedad, calentamiento manual y servo controlado se verificó calibración de brisetas y sensores.			
Referencias y Accesorios Utilizados			
1. Folios de auto			
Observaciones y Comentarios			
Equipo funcionando correctamente Detalle lista en la parte frontal del equipo			
Nombre/Firma/Matrícula/Cargo		Sello de unidad médica	
Personal de Servicio	Área usuaria	 	
Ing. Fernanda Diego	EJP. Cecylia Ines 1017, Ordulo López Mex. 9623217		
Ingeniería Biomedica y/o conservación	Administración y/o dirección		
Carlos Osvaldo Ramirez González Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1 MCC MEX 09024980			