

 MARO HEALTH SOLUCIONES PRACTICAS PARA LA SALUD	Fecha:	6-Mayo-2018	Folio:	MH25-334
	ORDEN DE SERVICIO			
Servicio realizado por:		Equipo: Incubadora para recién nacido		
Ing. Fernanda Diego		Marca: Nucare		
Tipo de servicio: Mantenimiento preventivo		Modelo: NK-100M		
No. Serie: A17BD0063008				
Condición de contrato: Garantía		Cliente: IMSS		
Nombre y Dirección de la Unidad Médica				
HGR 1 Tijuana				
Calle Canadá, No.16801 Colonia Rio Tijuana 3era etapa C.P.22226, Municipio Tijuana, Baja California				
Reporte de Falla				
Mantenimiento preventivo				
Hora de inicio:	13:00	Hora de término:	14:30	Total de horas: 1 hora 30 min
Trabajo Realizado				
Se presenta personal de Maro Health a realizar mantenimiento preventivo correspondiente al primer periodo se realiza revisión visual y funcional del equipo en sistema de humedad, calibración manual y se controla se realiza calibración de temperatura.				
Refacciones y Accesorios Utilizados				
1 Filtro de aire				
Observaciones y Comentarios				
Equipo funcionando correctamente Detalle físico en la parte frontal del equipo				
Nombre / Firma / Matrícula / Cargo			Sello de unidad médica	
Personal de Servicio		Área usuaria		
Ing. Fernanda Diego		EJP. Cecylia Ines 1011 Ondulito López Mat. 99032317		
Ingeniería Biomédica y/o conservación		Administración y/o dirección		
Carlos Oswaldo Ramirez González Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1 MCC MAT 09024980				

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
08 MAY 2018



CONSERVACIÓN
HGR No. 1

