



José Safar Boueri

Orden de servicio

Institución	Datos de orden de servicio
Clinica: <u>HGR 01 Tijuana</u>	Fecha de servicio: <u>15 de mayo del 2023</u>
Lugar: <u>Canadá 16801, Río Tijuana 3a. Etapa, Río Tijuana 3ra Etapa, 22226 Tijuana, B.C.</u>	N° de contrato: <u>040E02022-001</u>
Contacto:	Tipo de servicio: ☒ Preventivo ☐ Correctivo

Datos del equipo

Equipo: <u>Unidad Estomatológica</u>	Marca: <u>Ritter</u>	Modelo: <u>Ultimate Comfort</u>	N° Serie: <u>22091357</u>
--------------------------------------	----------------------	---------------------------------	---------------------------

Descripción de falla reportada: Primer Mantenimiento Preventivo conforme al contrato 040E02022-001

Descripción del servicio realizado:

1. Inspección general del equipo médico dental.
2. Verificar todos los botones y switch
3. Calibración de válvulas de agua y aire
4. Revisión general del sistema de electroválvulas.
5. Calibración de sistema flush dental.
6. Verificación de sistemas eléctrico al cual esta instalado el equipo dental.
7. Verificación y inspección del pedal neumático del equipo Estomatológico

Refacciones utilizadas:

Observaciones y/o recomendaciones técnicas:

Se recomienda el uso de regulador de voltaje para evitar posibles fallas en el equipo por descargas eléctricas y variación de voltaje ya que el equipo esta instalado a una red eléctrica de 124.2 volts

Condiciones en la que se deja el equipo: Totalmente Funcional

Voltaje medido: 124.2 volts

Ingeniero de servicio técnico Brayan Alexis Hernandez Vargas INGENIERO EN MEDICO Lic. Prof. 12792621 Nombre y firma 55 5719 7243 55 6155 7118	Operador del equipo Nombre y firma ingenieria@edvc.com.mx as.coordinacion@edvc.com.mx soportetecnico.vcortes@outlook.com	Residente, jefe de departamento y/o responsable del control de los bienes Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez Subjeto de Conservación H.G.R. No. 1 IMSS Mat 99024980 Nombre y firma	Sello de Clínica/Hospital CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C. Av. Copilco #339, Copilco, B.C. Universidad, Coyocacán CP 04360, CDMX
--	---	---	--