

**BTL Laboratorios de Tecnología S.A. de C.V.**

Teléfonos: +52(55) 5135 2080, 5135 2085, 5135 1456

www.btlmed.es

Orden de Servicio

Cliente: IMSS HGR 1	Equipo: BTL 4000 Smart/Premium	Fecha: 12/11/2024
Dirección: Tijuana	Modelo: BTI-4625 Smart	Factura: ☐
Contacto:	Número de Serie: 058508029476	Garantía: ☐
	Accesorios:	Contrato: ☐
		Mtto. Pvo. ☒
		Reparación: ☐
		DEMO: ☐
		Otro: ☐
		Apertura: ☐
		Cierre: ☐

Reporte de Falla
Mantenimiento Preventivo

Descripción del trabajo realizado
- Se realiza revisión y mto. preventivo - Se desbloquea equipo

Pruebas generales del equipo:	Pruebas por terapia
Apariencia OK	Electroterapia
Equipo OK	Conexión
Fecha y hora 12/11/2024	Cables
Cable - Voltaje OK	Electrodos
Adaptador - Voltaje OK	
Sacudir OK	
Encender OK	
Display OK	
Información desplegada OK	
Aplicadores conectados OK	
Touch Screen OK	
Calibración Touch Screen OK	
Enciclopedia OK	
Botones OK	
Perilla OK	
Ventilador OK	
Alertas OK	
Almacenamiento de datos OK	
Reiniciar 3 veces OK	
Firmware OK	
Batería (opcional) OK	

Electroterapia	Conexión	Cables	Electrodos
(sim, 1000/1000 ms, CV, +, 60 mA)	Puls Rect	Inter 2 polos	Corr Galvanica
(sim, 1/2 ms, cv, +, MAX)	60 mA	56-77V	25-45 VAC
(cf 4 kHz, AMF 50Hz sp 0Hz, cc, 70 mA)	60 - 1 V	31.4 VAC	25-45 VAC
(cf 4 kHz, AMF 50Hz sp 0Hz, cv, 70 V)		29.4 VAC	25-45 VAC
(T Cont, mode cv, +, 50 mA)		40-60 VDC	78.3 V
(T Cont, mode cv, +, 50 V)		40-60VDC	51.3 V
Measure Sery - Func Fact set -> in check -> Measure output		400 + 320-480V	400 - 480-320V
Oscilloscopio		HVT	
Ultrasonido 100% Duty factor			
Aplicador	Conexión		
Calibración	Contacto		
2W @ 1 MHz	2W @ 2 MHz		
Láser (dosis 4 J/cm2, área 1 cm2)	Conexión		
Sonda	Emisión IR		
Emisor láser			
Magnetoterapia (pulse rect 200 ms 300 ms MAX)	Conexión		
CONSERVACIÓN H.G.R. NO	Brújula		
TITIANA			

Comentarios
- Se deja funcionando

Refacciones	Cantidad	Descripción	Precio	Cargos estimados
No. De parte				Refacciones
				Mano de obra
				Construcciones
				Subtítulos
				IVA 16%
				Total

Ing. de Servicio	Conformidad con el servicio	Autorización
------------------	-----------------------------	--------------