

BTL Laboratorios de Tecnología S.A. de C.V.

Teléfonos: +52(55) 5135 2080, 5135 2085, 5135 1456

www.btimed.es

Orden de Servicio

Cliente: 155 HGR 1 Tijera.	Equipo: BTL 4000 Smart/Premium	Fecha: 12/ Marzo/ 2021
Dirección:	Modelo: BTL-4625 Smart	Factura: Garantía: Contrato: Mtto. Pvo. ✓ Reparación DEMO Otro: Apertura: Cierre:
Contacto:	Número de Serie: 058S0B029475	
	Accesorios:	

Reporte de Falla	Manutención Preventiva
------------------	------------------------

Descripción del trabajo realizado
- Se realizó revisión y mto preventivo - Se desbloquean equipos

Pruebas generales del equipo:		Pruebas por terapia:			
Apariencia	Bueno	Electroterapia	Conexión	Cables	Electrodos
Equipo	✓		Puls Rect	Inter 2 polos	Corr Galvanica
Fecha y hora	✓	(sim, 1000/1000 ms, CV, +, 60 mA)	02 mA	56-77V	
Cable - Voltaje	✓	(sim, 1/2 ms, cv, +, MAX)	60.1 V	314 VAC	25-45 VAC
Adaptador - Voltaje	✓	(cf 4 kHz, AMF 50hz sp 0Hz, cc, 70 mA)		267 VAC	25-45 VAC
Sacudir	✓	(cf 4 kHz, AMF 50hz sp 0Hz, cv, 70 V)		40-60 VDC	49.6 V
Encender	✓	(T Cont, mode cc, +30 mA)		-40-60VDC	50.1 V
Display	✓	(T Cont, mode cv, +50 V)		400 + 320-480V	-400-480-320V
Información desplegada	✓	Menu>serv Funct select set in check>measure output			
Aplicadores conectados	✓	Osciloscopio	HVT		
Touch Screen	✓		Ultrasonido 100 % Duty factor	Conexión	
Calibración Touch Screen	✓		Aplicador	Contacto	
Enciclopedia	✓		Calibración	2W@3MHz	
Botones	✓		2W@1 MHz		
Perilla	✓		Láser (dosis 4 J/cm ² , área 1 cm ²)	Conexión	
Ventilador	✓		Sonda	Emisión IR	
Alertas	✓				
Almacenamiento de datos	✓		Magnetoterapia (pulso rect 200 ms-300 ms MAX)	Conexión	
Reiniciar 3 veces	✓		Aplicador	Brújula	
Firmware	V166				
Batería (opcional)	OK				

Comentarios
- Se depn funcionando

Refacciones	Cantidad	Descripción	Precio	Cargos estimados
No. De parte				Refacciones
				Mano de obra
				Víáticos
				Subtítulos
				Iva 16%
				Total

Ing. de Servicio

11.5 Conformidad con el servicio

Autorización

99024980