

Formato:	Orden de Servicio
Código Documento:	F-SS-03
Emisión:	25 Ene 2024
Implementación:	26 Ene 2024
Área:	Servicio y Soporte
Departamento:	Servicio y Soporte

Página:	1 / 1
Versión:	6
Próx. Revisión:	24 meses
Código:	Azul

1 Fecha: 14 / ENE / 2025

2 Follo BUS / 1401 2025/ 06

DATOS DEL CLIENTE

3 Unidad Hospitalaria	Hospital General Regional / Unidad de Medicina Familiar No. 1	6 Contacto	Ing. Carlos Oswaldo Ramírez González
4 Municipio/Estado	Tijuana, Baja California	7 Email	carlos.ramirezg@imss.gob.mx
5 Contrato	21BI0071	8 Teléfono	664 305 70 10

DATOS DEL EQUIPO

9 Equipo	Monitor de Signos Vitales	13 No. Serie	2021LGC2123
10 Marca	Medica D	14 No. Parte	
11 Modelo	LOGICARE	15 Garantía	SI 0 No 1 16 Servicio Externo 0 Interno 1
12 Ubicación	Urgencias	17 Versión SW	V00.01.29

18 Servicio Brindado	Preventivo 1	Correctivo 0	Instalación 0	Capacitación 0	Diagnóstico 0
----------------------	--------------	--------------	---------------	----------------	---------------

19 Servicio Solicitado:	Mantenimiento Preventivo
Estado del empaque (en caso de aplicar): Buen estado ☒ Dañada ☐	

20. Trabajo Realizado	I.	INSPECCIÓN FÍSICA Y VISUAL DE LA INTEGRIDAD Y FUNCIONALIDAD DE TODOS LOS CABLES Y SENSORES DEL EQUIPO PARA LA MEDICIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ECG, SPO2, PNI, TEMPERATURA E IBP (CUANDO APLIQUE)
	II.	INSPECCIÓN FÍSICA Y VISUAL DE LA INTEGRIDAD DE LOS COMPONENTES METAL-MECÁNICOS DEL EQUIPO: CARCASAS, BASE RODABLE, RODAMIENTOS, ETC.
	III.	INSPECCIÓN FÍSICA Y VISUAL DE LA INTEGRIDAD DE LA INTERFAZ CON USUARIO DEL EQUIPO: PANTALLA TÁCTIL (CALIBRACIÓN CUANDO APLIQUE), TECLADO DE MEMBRANA, ENCODER Y PERILLA SELECTORA.
	IV.	PRUEBAS FUNCIONALES DE LA ADQUISICIÓN, MONITOREO Y DESPLIEGUE DE LOS SIGNOS VITALES, REVISIÓN DEL SISTEMA DE ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES PRIORIZADAS.

21. Material Empleado	Descripción (21.1)	No. Parte (21.2)	Descripción (21.1)	No. Parte (21.2)
a.			c.	
b.			d.	

22. Pendientes Observaciones	Requiere sensor ECG
------------------------------	---------------------

23. Encuesta de satisfacción: Marque con "✓" según: Malo= 1; Regular= 2; Bueno= 3; Satisfactorio= 4; Excelente= 5

No.	PREGUNTA	1	2	3	4	5
1.-	¿Se realizó satisfactoriamente el servicio solicitado?					
2.-	¿Considera que el tiempo de resolución para el servicio fue el adecuado?					
3.-	¿Considera que la persona que realizó el servicio fue amable, puntual y eficiente?					
4.-	¿Cuándo solicitó el servicio, la persona que lo atendió fue amable, puntual y eficiente?					
5.-	¿Considera que el desempeño del equipo ha cumplido con los requisitos de operación?					
6.-	Comentarios:					

Nombre y Firma Solicitante: *Antonio Olvera* Área Usaria (24) *99023969* Nombre y Firma Responsable Medica D (25) *Brenda Ugalde Saucedo*