



Formato:	Orden de Servicio
Código Documento:	F-SS-03
Emisión:	25 Ene 2024
Implementación:	26 Ene 2024
Área:	Servicio y Soporte
Departamento:	Servicio y Soporte

Página:	1 / 1
Versión:	6
Próx. Revisión:	24 meses
Código:	Azul

1 Fecha: 15 / ENE / 2025

2 Folio BUS / 1501 2025/01

DATOS DEL CLIENTE

3	Unidad Hospitalaria	Hospital General Regional / Unidad de Medicina Familiar No. 1	6	Contacto	Ing. Carlos Oswaldo Ramírez González
4	Municipio/Estado	Tijuana, Baja California	7	Email	carlos.ramirezg@imss.gob.mx
5	Contrato	21BI0071	8	Teléfono	664 305 70 10

DATOS DEL EQUIPO

9	Equipo	Monitor de Signos Vitales	13	No. Serie	2021LGC2253
10	Marca	Medica D	14	No. Parte	SI 0 No 1 16 Servicio Externo 0 Interno 1
11	Modelo	LOGICARE	15	Garantía	V00.01.
12	Ubicación	Urgencias	17	Versión SW	

18	Servicio Brindado	Preventivo 1 Correctivo 0	Instalación 0	Capacitación 0	Diagnóstico 0
----	-------------------	---------------------------	---------------	----------------	---------------

19	Servicio Solicitado:	Mantenimiento Preventivo	Estado del empaque (en caso de aplicar):	Buen estado ☐ Dañada ☐
----	----------------------	--------------------------	--	--

20. Trabajo Realizado	I.	INSPECCIÓN FÍSICA Y VISUAL DE LA INTEGRIDAD Y FUNCIONALIDAD DE TODOS LOS CABLES Y SENSORES DEL EQUIPO PARA LA MEDICIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ECG, SPO2, PNI, TEMPERATURA E IBP (CUANDO APLIQUE)
	II.	INSPECCIÓN FÍSICA Y VISUAL DE LA INTEGRIDAD DE LOS COMPONENTES METAL-MECÁNICOS DEL EQUIPO: CARCASAS, BASE RODABLE, RODAMIENTOS, ETC. CUANDO APLIQUE. TECLADO DE MEMBRANA, ENCODER Y PERILLA SELECTORA. PANTALLA TÁCTIL (CALIBRACIÓN)
	III.	PRUEBAS FUNCIONALES DE LA ADQUISICIÓN, MONITOREO Y DESPLIEGUE DE LOS SIGNOS VITALES. REVISIÓN DEL SISTEMA DE ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES PRIORIZADAS
	IV.	REVISIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA, LIMPIEZA INTERNA DE COMPONENTES ELÉCTRICOS CON LIQUIDO DIELECTRICO. LIMPIEZA GENERAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS METAL-MECÁNICOS Y NEUMÁTICOS

21. Material Empleado		Descripción (21.1)	No. Parte (21.2)	Descripción (21.1)	No. Parte (21.2)
	a.			c.	
	b.			d.	

22. Pendientes Observación	Registrador roto
----------------------------	------------------

23. Encuesta de satisfacción: Marque con "✓" según: Malo= 1; Regular= 2; Bueno= 3; Satisfactorio= 4; Excelente= 5

No.	PREGUNTA	1	2	3	4	5
1.-	¿Se realizó satisfactoriamente el servicio solicitado?					
2.-	¿Considera que el tiempo de resolución para el servicio fue el adecuado?					
3.-	¿Considera que la persona que realizó el servicio fue amable, puntual y eficiente?					
4.-	¿Cuándo solicitó el servicio, la persona que lo atendió fue amable, puntual y eficiente?					
5.-	¿Considera que el desempeño del equipo ha cumplido con los requisitos de operación?					
6.-	Comentarios:					

Carlos Oswaldo Ramírez González
Nombre y Firma Solicitante / Área Usaria (24)
Nombre y Firma Responsable Medica D
COMITÉ TÉCNICO/GRUPO OPERATIVO DE CALIDAD