

Orden:

Fecha: 15-DIC-25

CLIENTE

UNIDAD HOSPITALARIA: IMSS HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 1, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
EQUIPO: OXIMETRO DE PULSO PORTATIL PARA TAMIZAJE CARDIACO NEONATAL SERIE: 3000200419
MARCA: MASIMO INVENTARIO:
MODELO: RAD-97 UBICACIÓN:

☐ Mantenimiento correctivo ☒ Mantenimiento Preventivo ☐ Instalación ☐ Desinstalación ☐ Garantía ☐ Otro

SE PRESENTA INGENIERO DE SERVICIO EN LA UNIDAD PARA ATENDER EL CUARTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO ANTES MENCIONADO.

ACCIONES A REALIZAR:

INSPECCION FISICA DEL EQUIPO, CABLE DE ALIMENTACION Y ACCESORIOS, COMPROBACION DE RENDIMIENTO, AUTOPRUEBA DE ENCENDIDO, COMPROBACION DE INICIO DE SOFTWARE, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE PANTALLA TACTIL, PRUEBA DE LIMITES DE ALARMA, VERIFICACION DE ALIMENTACION Y FUENTE, VERIFICACION DE BATERIA INTERNA.

EL EQUIPO SE DEJO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Equipo funciona:

☒ Si ☐ No

RECIBO
15 DIC 2025



FIRMAS

Ingeniero especialista

Diana Noemí Westa Ramos

Nombre y firma

Usuario y/o responsable del servicio

Nombre y firma responsable
Mat. IMSS 11043296
C.P. 4964301
Coordinación de Pediatría HGR #1



Jefe responsable

Carlos Oswaldo Ramirez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1

Nombre y firma recibe de conformidad

